

### Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Dostawę sprzętu** realizowanego w ramach Projektu VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

#### **Nr referencyjny 46/98**

Szpital Murcki Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

#### **Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2\_Myjnia do obuwia roboczego:**

##### **Pyt. 1**

Poz. 4 - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając myjni spełniającej wymagania normy PN-EN ISO 15883-3? Norma ta opisuje konstrukcję i działanie myjni przeznaczonych do mycia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego takich jak kaczki i baseny. Obuwie operacyjne jest traktowane jak niekrytyczne narzędzia chirurgiczne i powinny być myte w myjniach spełniających wymagania normy PN-EN ISO 15883-2 oraz poddawane dezynfekcji termicznej przy A0 co najmniej 600

##### **Ad. 1**

Zamawiający informuje o zmianie SWZ w przedmiotowym zakresie.

##### **Pyt. 2**

Poz. 8 - Prosimy o doprecyzowanie o wymiarach jakiego kosza pisze Zamawiający w p. 8. Zgodnie z wymogami p. 2 myjnia powinna umożliwiać mycie min. 6 par obuwia operacyjnego. Wymiar kosza w takim przypadku nie jest istotny.

##### **Ad. 2**

Zamawiający informuje o zmianie SWZ w przedmiotowym zakresie.

##### **Pyt. 3**

Poz. 9: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając myjni, w której programy trwają 6-8 minut? Tak krótkie programy są charakterystyczne dla urządzeń przeznaczonych do mycia i dezynfekcji kacek czy basenów szpitalnych. Żadna z myjni dostępnych na rynku i spełniających wymagania prawne nie jest w stanie przeprowadzić procesu w tak krótkim czasie.

##### **Ad. 3**

Zamawiający informuje o zmianie SWZ w przedmiotowym zakresie.

##### **Pyt. 4**

Poz. 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu p. 13 na: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max. 48 godz. w dni robocze)?

**Ad. 4**

Zamawiający informuje o zmianie SWZ w przedmiotowym zakresie.

**Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1\_Urządzenie do dezynfekcji przez zamgławianie:****Pyt. 5**

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie pozwalające na dezynfekcję pomieszczeń o kubaturze od 10 do 180m<sup>3</sup>? Z doświadczenia wiemy, iż w szpitalach nie ma pomieszczeń wymagających zamgławiania o kubaturach rzędu 1000m<sup>3</sup>

**Ad. 5**

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

**Pyt. 6**

Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie pozwalające na dezynfekcję pomieszczeń o kubaturze od 50 do 800m<sup>3</sup>?

**Ad. 6**

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

**Pyt. 7**

Poz. 3: Prosimy o doprecyzowanie jaką skutecznością ma się charakteryzować zaoferowane urządzenie przy wymaganej kubaturze 1000m<sup>3</sup>

**Ad. 7**

Zamawiający informuje o zmianie SWZ w przedmiotowym zakresie.

**Pyt. 8**

Poz. 3: Prosimy o doprecyzowanie badań wg jakiej normy wymaga Zamawiający. Opisana w p. 3 norma NFT 72-281 (2014) jest francuską normą techniczną, nie mającą przełożenia na rynek polski. Wymagania stawiane w ww. normie różnią się od wymagań postawionych w nowej, europejskiej normie PN-EN 17272:2020, która obowiązuje na terenie całej UE.

**Ad. 8**

Zamawiający informuje o zmianie SWZ w przedmiotowym zakresie.

**Pyt. 9**

Poz. 7 – Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc o wydajności pracy na poziomie 1000m<sup>2</sup>/h. Urządzenia do dezynfekcji przez zamgławianie dezynfekują całe pomieszczenia (kubatura), a nie powierzchnie płaskie. W jaki sposób Zamawiający zamierza mierzyć ilość powierzchni zdezynfekowanych przez urządzenie?

**Ad. 9**

Zamawiający informuje o zmianie SWZ w przedmiotowym zakresie. Omyłka pisarska.

**Pyt. 10**

Poz. 7: Prosimy o doprecyzowanie z jaką skutecznością zaoferowane urządzenie ma dezynfekować podane powierzchnie.

**Ad. 10**

Zamawiający informuje o zmianie SWZ w przedmiotowym zakresie.

**Pyt. 11**

Poz. 8: Urządzenia do dezynfekcji przez zamgławianie dezynfekują całe pomieszczenia (kubatura), a nie wybrane fragmenty o niewielkiej szerokości. Prosimy o odstąpienie od wymogu p. 8 jako nie mającego żadnego uzasadnienia funkcjonalnego.

**Ad. 11**

Zamawiający informuje o zmianie SWZ w przedmiotowym zakresie.

**Pyt. 12**

Poz. 9: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie wyposażone w tak awaryjny element jakim jest turbina? Oferowane przez nas urządzenia pozwalają na bezpieczne rozproszenie środka dezynfekcyjnego bez użycia tego typu elementów.

**Ad. 12**

Nie wymaga się ale dopuszcza się.

**Pyt. 13**

Poz. 11: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było wyposażone we wbudowany zbiornik o pojemności 15l ( $\pm 10\%$ )?

**Ad. 13**

Zamawiający informuje o zmianie SWZ w przedmiotowym zakresie.

**Pyt. 14**

Poz. 11: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w zbiornik o pojemności dostosowanej do konstrukcji urządzenia oraz parametrów zamgławianych pomieszczeń? Wymaganie konkretnego zbiornika wyraźnie wskazuje na rozwiązania jednego z producentów, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzenia.

**Ad. 14**

Tak, dopuszcza się.

**Pyt. 15**

Poz. 12: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie działające w oparciu o środek dezynfekcyjny oparty o 7,4% roztwór nadtlenu wodoru bez dodatków metali ciężkich?

**Ad. 15**

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

**Pyt. 16**

Poz. 16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu p. 13 na: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max. 48 godz. w dni robocze)?

**Ad. 16**

Zamawiający informuje o zmianie SWZ w przedmiotowym zakresie.