

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Dostawę sprzętu** realizowanego w ramach Projektu VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.
Nr referencyjny 46/98

Szpital Murcki Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet nr 5 Lampa doświetlająca, bezcieniowa

Czy Zamawiający wymagać będzie intensywności światła z odległości:

1.0 m - 50 000 lux

0.5 m - 100 000 lux

Zamawiający nie podał z jakiej odległości wymaga określonego natężenia, a to jest bardzo istotny parametr.

Ad. 1

Wymaga się intensywności światła na poziomie 100 000 lux z odległości 0,5 m. Zamawiający informuje o zmianie SWZ w przedmiotowym zakresie

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 9 (3 moduły po 3 diody białe) ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Ad. 2

Tak, dopuszcza się.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez pokrętkę umieszczone na czaszy, które służy również jako włącz/wyłącz. Rozwiązanie tożsame z wymaganiem.

Ad. 3

Tak, dopuszcza się.

Pyt. 4

Czy Zamawiający wymagać będzie, żeby czasza lampy wyposażona była w odkręcany uchwyt do ustawienia położenia czaszy nadający się do sterylizacji? Rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Ad. 4

Nie wymaga się ale dopuszcza się.

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści lampę z „gęsią szyją” (elastyczne ramię) o dł. 40 cm?

Ad. 5

Tak, dopuszcza się.