

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Dostawę sprzętu** realizowanego w ramach Projektu VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.
Nr referencyjny 46/98

Szpital Murcki Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Dotyczy: Pakiet nr 4: poz.2 Ergonomiczne biurka

Pyt. 1

Czy zamawiający dopuści biurko z maksymalnym obciążeniem 100kg?

Ad. 1

Tak, dopuszcza się.

Pyt. 2

Czy zamawiający dopuści biurko z maksymalną szybkością podnoszenia 32mm/s?

Ad. 2

Tak, dopuszcza się.

Pyt. 3

Czy zamawiający dopuści biurko o regulowanej wysokości w zakresie 715-1210mm?
(oferowany zakres jest lepszy od wymaganego)

Ad. 3

Tak, dopuszcza się.

Dotyczy Pakiet nr 4: poz.4 Szafa aktowa

Pyt. 1

Czy zamawiający dopuści szafę o nośności półki 50kg?

Ad. 1

Tak, dopuszcza się.

Pyt. 2

Czy zamawiający dopuści szafę z regulowaną wysokością półek co 90mm?

Ad. 2

Tak, dopuszcza się.

Pyt. 3

Czy zamawiający dopuści szafę z drzwiami skrzydłowymi na zawiasach kołkowych?

Ad. 3

Tak, dopuszcza się.

Dotyczy: Pakiet nr 7: poz.1 Kozetka zabiegowa z regulowaną elektrycznie wysokością

Pyt. 1

Czy zamawiający dopuści kozetkę z elektrycznie regulowaną wysokością leżą w zakresie 60-88cm?

Ad. 1

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pyt. 2

Czy zamawiający dopuści regulację wysokości realizowaną przy pomocy pilota?

Ad. 2

Tak, dopuszcza się.

Pyt. 3

Czy zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia kozetki w podłokietniki?

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pyt. 4

Czy zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie na poziomie oraz wytrzymałość dynamiczną 150kg?

Ad. 4

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pyt. 5

Czy zamawiający dopuści wagę kozetki 58kg?

Ad. 5

Tak, dopuszcza się.

Dotyczy: Pakiet nr 7: poz.2 Wózek zabiegowy pod aparaty rehabilitacyjne

Pyt. 1

Czy zamawiający dopuści wózek zabiegowy bez odbojników?

Ad. 1

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pyt. 2

Czy zamawiający dopuści wózek zabiegowy o wymiarach długości bez uchwytów 760mm, długości z uchwytami 900mm, szerokości 490mm, wysokości bez kół 940mm, wysokości całkowitej 1040mm?

Ad. 2

Tak, dopuszcza się.

Dotyczy: Pakiet nr 7: poz.3 Łóżka rehabilitacyjne obrotowe

Pyt. 1

Czy zamawiający dopuści leżące łóżka 5-cio segmentowe?

Ad. 1

Tak, dopuszcza się.

Pyt. 2

Czy zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu pleców i segmentu ud oraz wysokości za pomocą pilota bez blokady poszczególnych pozycji leża?

Ad. 2

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pyt. 3

Czy zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie 385mm – 785mm?

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pyt. 4

Czy zamawiający dopuści materac o wymiarach 900x1900x100mm?

Ad. 4

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pyt. 5

Czy zamawiający dopuści łóżko z kołami jezdnyymi z możliwością blokady o średnicy 75mm?

Ad. 5

Tak, dopuszcza się.

Dotyczy: Pakiet nr 7: poz.6 Wózek opatrunkowy z zamykanymi szufladami

Pyt. 1

Czy zamawiający dopuści wózek opatrunkowy z górnym blatem wykonanym z tworzywa ABS?

Ad. 1

Tak, dopuszcza się.

Pyt. 2

Czy zamawiający dopuści fronty szuflad wykonane ze stali lakierowanej proszkowo?

Ad. 2

Tak, dopuszcza się.

Pyt. 3

Czy zamawiający dopuści 2 szuflady wyposażone w wyciągane podziałki?

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 7: poz.7 Kozetka

Pyt. 1

Czy zamawiający dopuści kozetkę z regulacją wysokości leża w zakresie 60-88cm?

Ad. 1

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pyt. 2

Czy zamawiający dopuści kozetkę z długością leża 200cm?

Ad. 2

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.