

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Dostawę sprzętu** realizowanego w ramach Projektu VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.  
**Nr referencyjny 46/98**

Szpital Murcki Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

**Dotyczy pakietu 7. Poz. 4. Łóżko rehabilitacyjne – 3szt. Pkt. 5.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko renomowanego, polskiego producenta, którego segmenty leża wypełnione są stalową siatką?

**Ad. 1**

Tak, dopuszcza się.

**Pyt. 2**

**Dotyczy pakietu 7. Poz. 4. Łóżko rehabilitacyjne – 3szt. Pkt. 6.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko renomowanego, polskiego producenta, którego pilot sterujący nie posiada blokady poszczególnych funkcji?

**Ad. 2**

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

**Pyt. 3**

**Dotyczy pakietu 7. Poz. 4. Łóżko rehabilitacyjne – 3szt. Pkt. 6.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko renomowanego, polskiego producenta, wyposażone w pilot przewodowy z blokadą funkcji dokonywaną za pomocą kluczyka?

Wybór funkcji blokady:

- 1). Wszystkie funkcji odblokowane,
- 2). Wszystkie funkcje zablokowane,
- 3). Blokada wszystkich funkcji za wyjątkiem pozycji Tenedelenburga.

**Ad. 3**

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

**Pyt. 4**

**Dotyczy pakietu 7. Poz. 4. Łóżko rehabilitacyjne – 3szt. Pkt. 9.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko renomowanego, polskiego producenta, w którym barierki po złożeniu nie wystają ponad górną powierzchnię materaca?

**Ad. 4**

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

**Pyt. 5**

**Dotyczy pakietu 7. Poz. 4. Łóżko rehabilitacyjne – 3szt. Pkt. 10.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko renomowanego, polskiego producenta, którego szerokość całkowita wynosi 960mm?

**Ad. 5**

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

**Pyt. 6**

**Dotyczy pakietu 7. Poz. 4. Łóżko rehabilitacyjne – 3szt. Pkt. 11.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko renomowanego, polskiego producenta, którego szerokość leża wynosi 850mm?

**Ad. 6**

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

**Pyt. 7**

**Dotyczy pakietu 7. Poz. 4. Łóżko rehabilitacyjne – 3szt. Pkt. 14.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko renomowanego, polskiego producenta, którego segment uda regulowany jest w zakresie: 0-24°?

**Ad. 7**

Tak, dopuszcza się.

**Pyt. 8**

**Dotyczy pakietu 7. Poz. 4. Łóżko rehabilitacyjne – 3szt. Pkt. 15.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko renomowanego, polskiego producenta, wyposażone w materac dostosowany do wymiarów leża: 85x 200x 12 cm?

**Ad. 8**

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.