

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Dostawę sprzętu** realizowanego w ramach Projektu VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.
Nr referencyjny 46/98

Szpital Murcki Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. nr 3 dopuści szorowarkę wielofunkcyjną o szerokości pracy maszyny 340 mm?

Ad. 1

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pyt. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 1 dopuści zestaw sprzątający składający się z wózka dwuwiaderkowego z prasą, kuwet i uchwyt na mopy, akcesoria i środki chemiczne. Stelaż wykonany z metalu, pozostałe elementy z tworzywa sztucznego PPN. Posiadający 4 kółka jezdne: 2 mniejsze o średnicy 10 cm z przodu oraz 2 większe o średnicy 19 cm z tyłu zestawu. Łatwy montaż bez konieczności użycia narzędzi. W skład zestawu wchodzi: podstawa jezdna, stelaż wykonany z metalu, 2 wiaderka 14l, 2 wiadra 20 l, prasa do wyciskania, 2 kuwety na akcesoria, uchwyt na worek, worek nylonowy 75l. Wysokość 120cm, szerokość 80 cm, długość 120cm?

Ad. 2

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.