



Wałbrzych, dnia 27.11.2020r.

DZPZ-530-Zp/64/PN-61/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa: zestaw do założenia przetoki nerkowej i nadłonowej, igła do nefrotomii, igła automatyczna do biopsji, cewnik Tiemanna, zestaw do szynowania moczowodów, igły lokalizacyjne, igły półautomatyczne do biopsji, Jednorazowe butelki do karmienia niemowląt, Sprzęt do leczenia wodogłowia, Zestaw do zamknięcia czaszki” - Zp/64/PN-61/20

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający w pak. 1, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH, zgodnie z opisem:

Zestaw do nefrostomii (przetoki nerkowej) CH 8,10, z rozszerzadłami 12,14 CH, z elementami zestawu:

- 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie)
- Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm
- 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg
- Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock
- Kranik LL
- Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- Nie zawierający lateksu?.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2. Dotyczy pakietu 6

Czy Zamawiający w pak. 6, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH, zgodnie z opisem:

Zestaw do szynowania moczowodów typu "Double-J" - oba końce otwarte

- widoczny w promieniach RTG
- otwory drenujące rozmieszczone na pętlach i trzonie cewnika,
- cewnik oznakowany dla dokładnego umiejscowienia,
- popychacz standardowy do zestawu,
- prowadnik prosty, sztywny, z elastyczną końcówką-prowadnik ze stali nierdzewnej, pokryty teflonem,
- atraumatyczna pętla pęcherzowa i zacisk,
- rozmiary: 4,8;6;7;8 długość 26 cm, 28 cm, 30cm?.

Odp. Zamawiający dopuszcza.