

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, **REGON:** 000300570, **EKD:** 8511

Myślenice, dnia 27.08.2019r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), którego przedmiotem jest dostawa echokardiografu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ - opisem szczegółowym. Nr sprawy: 34 /PN/19

(1)Pytania Wykonawcy pierwszego:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się, by aparat podłączony był do zdalnego serwisu, co przełoży się na szybszą diagnostykę i naprawę w razie problemów z aparatem?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2 dot załącznik nr 6 do SIWZ paragraf 6 punkt 1 i 2

Zwracamy się do Zamawiającego o obniżenie kar umownych za przekroczenie terminu realizacji lub usunięcia awarii do poziomu 0,2% za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie 3 dot załącznik nr 6 do SIWZ paragraf 8 punkt 5

Zwracamy się do Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisowej do 48 godzin w dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydłuża czasu reakcji serwisowej.

Pytanie 4 dot załącznik nr 6 do SIWZ paragraf 8 punkt 11

Ze względu na fakt, iż producent nie przewiduje wymiany aparatu na nowy w ramach serwisu gwarancyjnego, a jedynie jego naprawę poprzez wymianę podzespołu/elementu na nowy, prosimy Zamawiającego o modyfikację punktu na:

Trzykrotna usterka tego samego rodzaju lub tej samej części urządzenia, powoduje wymianę uszkodzonej części na nową.

Pozostawienie zapisu w dotychczasowym brzmieniu spowoduje konieczność wkalkulowania kosztów ewentualnej wymiany do ceny oferty, co znacząco podniesie koszt jego zakupu dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy terminami składania ofert w SIWZ- są podane dwie daty 03.09.2019 oraz 06.09.2019r.

Odpowiedź: Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert

Nowy termin składania

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (dziennik podawczy – sekretariat dyrekcji), nie później niż do dnia 13.09.2019 r. do godziny 12.30.

Of

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego (budynek administracyjny – Dział Zamówień Publicznych i Umów), dnia 13.09.2019 r. o godzinie 13.10.

Pytanie 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia punkt 98

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis i posiada autoryzację na sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu.

Pytanie 8 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 4 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki, który został wprowadzony na rynek w roku 2014, jednak wyposażony będzie w najnowszą wersję oprogramowania wydaną w roku 2019 ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aparatu wyprodukowanego w 2019r.

Pytanie 9 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 9 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki posiadający 4 aktywne gniazda głowic obrazowych ale nie posiadający dedykowanego gniazda parkingowego ? Zamawiający wymaga trzech głowic, więc w przypadku ewentualnego dokupienia kolejnej głowicy w przyszłości, będzie mogła być ona aktywnie podłączona do aparatu. Poza tym czwarte aktywne gniazdo można wykorzystać również jako gniazdo parkingowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 10 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki posiadający dynamikę systemu wynoszącą 280 dB ? Różnica 10 dB nie wpłynie zauważalnie na jakość obrazowania aparatu, a pozwoli innym firmom na złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 15 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki posiadający liczbę obrazów pamięci dynamicznej tzw. CineLoop w ilości 2200 obrazów ? Taki parametr jest w zupełności wystarczający do zadowalającego użytkowania aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 17 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki nie posiadający możliwości uzyskania sekwencji CineLoop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji CineLoop jednocześnie na jednym obrazie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeżeli nie będzie dotyczyć badania stress echo, które wymaga analizy zapisanych sekwencji Cineloop .

Pytanie 13 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 18 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki posiadający pamięć dynamiczną dla trybu M-mode i D-mode wynoszącą 64 sekundy ? Taka pamięć gwarantuje szybkie, swobodne i nieuciążliwe przeglądanie zapisanych obrazów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 19 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki posiadający regulację głębokości pola obrazowania w zakresie 1,5 – 40 cm ? Różnica 0,5 cm w tym przypadku nie wpływa ujemnie na możliwości diagnostyczne oferowanego echokardiografu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 21 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki posiadający podstawę jezdnią z 4 obrotowymi kołami ale z możliwością zablokowania 2 kół oraz możliwością blokady kierunku jazdy ? Blokada 2 z 4 kół jest wystarczająca do unieruchomienia aparatu i nie wymaga blokowania każdego z kół oddzielnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 23 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki posiadający wszystkie kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów wyłączając tryb 4B ? Tryb ten jest mało praktyczny w codziennej diagnostyce, a ogranicza liczbę firm mogących złożyć ważną ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 28 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki posiadający zakres prędkości Dopplera kolorowego wynoszący +/- 3,08 m/s ? Taki zakres prędkości gwarantuje pełne możliwości diagnostyczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 36 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki nie posiadający funkcji automatycznej korekcji kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni ? Taka funkcja nie zastąpi manualnej korekcji kąta bramki dopplerowskiej przez doświadczonego lekarza wykonującego badania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 38 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki nie posiadający możliwości jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich ? W praktyce taka funkcja ma małą przydatność diagnostyczną i ogranicza firmom złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia
Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 44 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki nie posiadający możliwości obrazowania rombowego na głowicach liniowych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia
Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 46 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki posiadający 8 map kolorów w Dopplerze kolorowym ? Taka ilość map jest zupełnie wystarczająca, a wymagany parametr jest tylko parametrem ograniczającym firmom możliwość złożenia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia
Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 50 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki posiadający wbudowany twardego dysku HDD o pojemności 512 GB oraz dysk SSD o pojemności 240 GB ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia
Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 52 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki posiadający możliwość archiwizacji i przesyłu danych w formatach: DICOM, JPG oraz AVI ? Takie formaty są całkowicie wystarczające na potrzeby archiwizacji danych, a dodatkowe wymagania ograniczają firmom złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia
Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 53 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki posiadający możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD oraz wydruku obrazu w printerze (obie akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku) ale nie posiadający możliwości jednoczesnego zapisu obrazu na nośniku typu PenDrive ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia
Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 61 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki posiadający możliwość 16-krotnego powiększenia obrazu na obrazie rzeczywistym ? 16-krotny zoom jest parametrem zupełnie satysfakcjonującym oraz w pełni diagnostycznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia
Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 62 wysokiej klasy aparat USG renomowanej

marki posiadający możliwość 16-krotnego powiększenia obrazu na obrazie zamrożonym ? 16-krotny zoom jest parametrem zupełnie satysfakcjonującym oraz w pełni diagnostycznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 63 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki posiadający możliwość dokonania 8 pomiarów na jednym obrazie ? Taka ilość pomiarów jest zupełnie wystarczająca nawet w przypadku bardziej skomplikowanej diagnostyki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 64 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki posiadający możliwość przełączania elektronicznie głowic bezpośrednio z ekranu dotykowego typu tablet, ale nie posiadający możliwości przypisania głowic do poszczególnych presetów ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 73 oraz 74 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki posiadający wysokiej klasy sondę convex pracującą w zakresie częstotliwości 2.0 - 6.0 MHz, posiadającą 384 elementy, spełniającą pozostałe wymagane parametry ? Takie parametry są wystarczające do zapewnienia wysokiej jakości obrazu diagnostycznego i tylko odpowiedź twierdząca umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 78 oraz 79 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki posiadający wysokiej klasy sondę sektorową (Phased Array) pracującą w zakresie częstotliwości 2.0 – 4.0 MHz, posiadającą 80 elementów, spełniającą pozostałe wymagane parametry ? Takie parametry są wystarczające do zapewnienia wysokiej jakości obrazu diagnostycznego i tylko odpowiedź twierdząca umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 83 oraz 84 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki posiadający wysokiej klasy sondę liniową pracującą w zakresie częstotliwości 4.0 – 12.0 MHz, posiadającą 256 elementów, spełniającą pozostałe wymagane parametry ? Takie parametry są wystarczające do zapewnienia wysokiej jakości obrazu diagnostycznego i tylko odpowiedź twierdząca umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 90 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki nie posiadający możliwości rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33 dot załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup echokardiografu klasy premium z 3 głowicami” dopuści w punkcie 92 wysokiej klasy aparat USG renomowanej marki posiadający możliwość rozbudowy o sondę objętościową liniową pracującą w zakresie

96

częstotliwości 5.0 – 13.0 MHz, 1 pasmo częstotliwości harmonicznych, spełniająca pozostałe parametry ? Jest to sonda wysokiej klasy umożliwiająca uzyskanie ponadprzeciętnego obrazu diagnostycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający w załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia w pkt 97 skreśla słowo „dokumenty załączyć”

Zamawiający zmienia VII.2. • (punktor 7) w SIWZ ma być:

- Oświadczenie wykonawcy, że zaoferowane wyroby medyczne spełniają wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych, albo deklaracja zgodności z dyrektywą 93/42/EWG albo wpis albo zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych .

Zamawiający dopisuje VII.2. • (punktor 8) w SIWZ

- materiały firmowe – np. oryginalne foldery producenta albo dystrybutora, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wszystkie oferowane parametry. Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów

Zamawiający dopisuje VII.2. • (punktor 9) w SIWZ

- **Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SIWZ, podczas sporządzania ofert.

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Nowy termin składania

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (dziennik podawczy – sekretariat dyrekcji), nie później niż do dnia 13.09.2019 r. do godziny 12.30.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego (budynek administracyjny – Dział Zamówień Publicznych i Umów), dnia 13.09.2019 r. o godzinie 13.10.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

Adam Styczeń

Podpis.....

Zamieszczono na stronie internetowej

Qu