

Sprawa ZP/12/2023

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na : „*zakup i dostawy materiałów ogólnomedycznych*” ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00220581/01 z dnia 17.05.2023 r.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

Przedmiot zamówienia:

1. Zadanie nr 5:

Czy można zaoferować fartuchy w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Zadanie nr 9:

Czy można zaoferować osłonę na kończyne w rozmiarach 33cm x 110cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Zadanie nr 12:

Poz. 1 – Czy można zaoferować zestaw uniwersalny o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm wzmocniona

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem

1 taśma samoprzylepna 9x50cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm

z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm paskiem samoprzylepnym 80cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.

Gramatura laminatu 57 g/m² (+/-0,5g/m²). Na opakowaniu znajdują się min. 2 etykiety z wymaganymi danymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

lub alternatywnie zestaw uniwersalny o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm wzmocniona

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 140 cm ze wzmocnieniem

1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 175 cm x 180 cm z paskiem

samoprzylepnym o długości 80 cm

1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 150 cm x 240 cm cm. Serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji

Obłożenie pacjenta wykonane na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu 74 g/m² (+/-0,5g). Na opakowaniu znajdują się min. 2 etykiety z wymaganymi danymi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Poz. 2:

Czy można zaoferować zestaw uniwersalny wzmocniony o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm wzmocniona

4 ręczniki 30 cm x 40 cm
 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem
 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm
 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm
 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm z 2 organizatorami przewodów. Serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji.
 Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m² (+/-0,5g/m²). Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m² (+/0,5g/m²)
 Na opakowaniu znajdują się min. 2 etykiety z wymaganymi danymi.
Odpowiedź: zgodnie w SWZ.

5. Zadanie nr 13:

Poz. 1:

Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm ze wzmocnieniem stanowiąca opakowanie zestawu
 4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 o gramaturze 55g/m² ze wzmocnieniem w rozmiarach 75cmx90cm o gramaturze w obszarze wzmocnienia wynoszącej 85g/m²

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1

samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm 2 taśmy

foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm 1

serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm ze wzmocnieniem w rozmiarach 25cm x 60cm, z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

1 serweta operacyjna wzmocniona ze wzmocnieniem w rozmiarach 50cm x 100cm, samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m² (+/-0,5g/m²). Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m² (+/0,5g/m²)

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

6. Poz. 2:

Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm ze wzmocnieniem o gramaturze 80g/m² stanowiąca opakowanie zestawu

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm wykonana z gładkiej folii o gramaturze 55g/m² ze wzmocnieniem w rozmiarach 75cmx90cm o gramaturze w obszarze wzmocnienia wynoszącej 85g/m²

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm 1

serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 serweta do

artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep.

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m² (+/-0,5m²).

Zestaw zapakowany sterylnie w opakowanie typu folia-papier.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

7. Poz. 3:

Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 120 cm x 140 cm wykonana z folii o gramaturze 50g/m² ze wzmocnieniem w rozmiarach 75cmx190cm o gramaturze w obszarze wzmocnienia wynoszącej 80g/m²

2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm

1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90 cm x 175 cm z otworem na krocz 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepłą, umieszczonym centralnie. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m² (+/-0,5m²).

Alternatywnie:

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 120 cm x 140 cm
kończyny dolne 75 cm x 120 cm

2 osłony na
1 serweta

do cystoskopii 90 cm x 175 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocz 9 cm x 15 cm umieszczonym centralnie

Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 48g/m² (+/-0,5m²).

Podkreślamy, iż wszystkie oferowane przez nas obłożenia spełniają wymagania wysokie normy EN 13795-2019. Na opakowaniach znajdują się min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające wymagane dane oraz etykiety pokazujące obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu i ich rozmiary. Na zestawach znajdują się wyraźne oznaczenie kierunku otwierania w postaci strzałek.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

8. Zadanie nr 14 poz. 1 i 2:

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów dostępnych w rozmiarach:

M-L - 120cm

XL - 130cm

XXL - 150cm

lub fartuchów w rozmiarach:

S/M - 120cm


L - 130cm

XL - 150cm

XXL - 150cm L

Fartuchy spełniają obowiązujące wymogi normy 13795:2019.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.


Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Jerzy Szębla