



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 17.04.2024 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **SZWY CHIRURGICZNE I WOSK KOSTNY.**

Nr postępowania: **ZP/9/24**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 tj. z dnia 2023.08.14 ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

- Dotyczy Projektu Umowy § 8 ust. 1 pkt. a), b) -** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a), b):
 - Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
za zwłokę w dostawie towaru, w wysokości **0,5%** wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego towaru;**
Zamawiający nie wyraża zgody.
 - za dostarczenie towaru z wadami **0,5%** wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami.**
Zamawiający nie wyraża zgody.
- Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 3 -** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycja 3 dopuści długość igły 31mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Zamawiający dopuszcza.
- Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 7-10 -** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycja 7-10 dopuści igłę okrągłą, wzmocnioną, pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Zamawiający dopuszcza.
- Czy Zamawiający w związku z wymogiem dostarczenia próbek wraz z ofertą oraz oceną jakościową jako jednym z kryteriów oceny wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 22.04.2024r.? Czas ten pozwoli na skompletowanie wymaganych przedmiotowych środków dowodowych i złożenie kompletnej oferty.
Zamawiający wyraża zgodę, termin składania ofert został przesunięty na 22.04.2024r.
- Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 1 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego o następującym składzie:
* wosk pszczeli (83%),

* parafina stała (5%),

* palmitynian izopropylu (12%)?

Dzięki 3-składnikowej budowie wosk jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować.

Zamawiający wyraża zgodę.

6. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniające, plecione, syntetyczne, poliglikolowe, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, podtrzymywanie tkankowe po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania 42 dni?
Zgodnie z zapisami SWZ.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniające, plecione, syntetyczne, z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, podtrzymywanie tkankowe po 5 dniach 50% i czasie wchłaniania 42 dni?
Zgodnie z zapisami SWZ.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?
Zgodnie z zapisami SWZ.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający, monofilamentowy, z polidoksanonu, wchłaniający się w przedziale 180-210 dni, podtrzymywanie tkankowe po 43 dniach 60%, bez powleczenia antybakteryjnego – triclosanu?
Zgodnie z zapisami SWZ.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 5** - Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający, monofilamentowy, z polidoksanonu, wchłaniający się w przedziale 180-210 dni, podtrzymywanie tkankowe po 43 dniach 60%?
Zgodnie z zapisami SWZ.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego – chlorheksydyny, pozostałe parametry bez zmian?
Zgodnie z zapisami SWZ.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 8** - Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego – chlorheksydyny, pozostałe parametry bez zmian?
Zgodnie z zapisami SWZ.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?
Zgodnie z zapisami SWZ.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o krzywiznie ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?
Zgodnie z zapisami SWZ.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 11** - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, z kwasu glikolowego, o podtrzymywaniu tkankowym po 8-11 dniach 50%, po 7 dniach 65%, okres wchłaniania bez zmian?
Zgodnie z zapisami SWZ.

- 16. Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przypstrzoną), pozostałe parametry bez zmian?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 17. Dotyczy Pakietu Nr 14** - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu, o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 40%, po 28 dniach 5%, wchłaniający się całkowicie między 90-120 dniem od zaimplantowania?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 18. Dotyczy Pakietu Nr 15** - Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający, monofilamentowy, z polidoksanonu, wchłaniający się w przedziale 180-210 dni, podtrzymywanie tkankowe po 43 dniach 60%?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 19. Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 8,9** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o długości nici 75cm?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 20. Dotyczy Pakietu Nr 5** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchłanianych, monofilamentowych, wchłaniający się ok. 180-210 dni, ok. 50% podtrzymywania po 42 dniach?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 21. Dotyczy Pakietu Nr 6** - Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłaniające, syntetyczne, sterylne, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 2tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.?
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 22. Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 1-3, 6, 8-9, 12** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z nitką o długości 75cm?
W zapisie jest (+/- 10% dla czasów i rozmiarów).
- 23. Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 8** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 77mm?
W zapisie jest (+/- 10% dla czasów i rozmiarów).
- 24. Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 12** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 65mm?
W zapisie jest (+/- 10% dla czasów i rozmiarów).
- 25. Dotyczy Pakietu Nr 10** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku kostnego z mieszaniny wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynianu izopropylowego – 20 %?
Zamawiający dopuszcza.
- 26. Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 2x16mm?
Zamawiający dopuszcza.
- 27. Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z nitką o długości 90cm?

Zamawiający dopuszcza.

28. Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 2x20mm?

Zamawiający dopuszcza.

29. Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 2x25mm?

Zgodnie z zapisami SWZ.

30. Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 37mm?

Zgodnie z zapisami SWZ.

31. Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 37mm?

Zamawiający dopuszcza.

32. Dotyczy Pakietu Nr 4 i 5 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 i 5 szew wchłaniający, monofilamentowy, wykonany z polidoksanonu, wchłaniający się w przedziale 180-210 dni, podtrzymywanie tkankowe 75% po 14 dniach, 60% po 28 dniach, 50% po 42 dniach?

Zamawiający dopuszcza.

33. Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 1 igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający dopuszcza.

34. Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 9, 10 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycjach nr 9,10 igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający dopuszcza.

35. Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 1 igłę o długości 40mm, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający dopuszcza.

36. Dotyczy Pakietu Nr 6 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 szew wchłaniający, plecionka, wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany kaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniający się 60-90 dni, podtrzymywanie tkankowe 65% po 14 dniach, 40% po 21 dniach?

Zamawiający dopuszcza.

37. Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 8 igłę o długości 65mm oraz nić o długości 90cm i grubości 2/0, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający nie dopuszcza.

38. Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 12 nić o grubości 1, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający dopuszcza.

39. Dotyczy Pakietu Nr 1 - Czy Zamawiający dopuszcza szew chirurgiczny wykonany z Poliglaktyny 910, powlekany Poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia, 50% początkowej siły podtrzymywania

tkankowego po 5 dniach od zaimplantowania, 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 10 -14 dniach od zaimplantowania, całkowita absorpcja masy szwu po około 42 dniach, w miejsce szwu poliglikolowego, powlekanego glikonatem?

Zgodnie z zapisami SWZ.

40. Dotyczy Pakietu Nr 11 - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 11 dostarczenie próbek analogicznie do Pakietów Nr: 1, 2, 4, 6, 7, 12, 17 tj. po 1 sztuce z 3 pozycji, wybierając pozycje z grubościami szwu:

najcieńszy, średni i najgrubszy, miarkując koszty i krótki tryb postępowania?

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje odpowiednio zapisy SWZ.

41. Dotyczy Pakietu Nr 15 i 17 - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 15 i 17 dostarczenie próbek analogicznie do Pakietów Nr: dla Pakietów Nr: 3, 5, 8, 9, 13, 14 tj. 1 sztukę z dowolnej pozycji w pakiecie, miarkując koszty i krótki tryb postępowania?

42. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje odpowiednio zapisy SWZ.

Podpisał:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej prowadzonego postępowania
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/910022>