

**Wszyscy Wykonawcy  
/ Platforma zakupowa**

**Dotyczy:** PN-46/23 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia i adaptację pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni, na potrzeby Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK).

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm., dalej Ustawa Pzp) udziela odpowiedzi:

**Pytanie 202**

*(sterylizator, pkt. 13) Ze względu na negatywną odpowiedź (pyt. 48) prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający nie wyraził zgody na zaoferowanie urządzenia najnowszej generacji, bez konieczności dodatkowego testu szczelności, który nie jest wymagany w zaoferowanym urządzeniu, gdzie kontrola wszystkich parametrów odbywa się w sposób automatyczny, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności wykonywanych przez personel szpitala? Wnosimy o dopuszczenie do oceny sterylizatora bez konieczności wykonywania dodatkowego testu szczelności.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 203**

*(sterylizator, pkt. 15) Prosimy o dopuszczenie do oceny sterylizatora plazmowego, w którym z jednej kasety jest możliwość wykonania 5 cykli sterylizacyjnych w ciągu 10 dni. Termin ten umożliwi zużycie całego środka sterylizującego bez obawy utraty niewykorzystanego nadtlenu wodoru i bez generowania dodatkowych kosztów dla szpitala. Dodatkowo nasze urządzenie posiada cykl ekonomiczny, gdzie koszt cyklu jest trzykrotnie niższy niż u innych producentów, co da znaczne korzyści ekonomiczne szpitalowi.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 204**

*(sterylizator, pkt. 28) Prosimy o dopuszczenie do oceny czytnika testów biologicznych o znacznie lepszych parametrach i ostatecznym czasie odczytu do 15 minut, gdzie dodatkowy odczyt nie jest wymagany.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.**