

Sprawa ZP/30/2023

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim - powtórzenie” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00418704/01 z dnia 28.09.2023 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

1. Prosimy o wykreślenie zapisu (poz 4. I poz. 37) „228-304 V AC (międzyfazowe)” jako sprzecznego z parametrami sieci energetycznej.

Odp.: Zgoda.

2. Prosimy o odstąpienie od zapisów dotyczących minimalnej pojemności oraz minimalnej liczby akumulatorów (poz. 9-10 i 41-42). Niezbędna do osiągnięcia wymaganej autonomii liczba i pojemność akumulatorów wynika z konstrukcji UPS-a i jest różna dla różnych producentów.

Odp.: Zgoda, zamawiający założył wykorzystanie na akumulatory istniejących regałów.

3. Prosimy o dopuszczenie zasilaczy UPS z modułami o mocy 20kVA. Zapis dopuszczający wyłącznie moduły o mocy równej 30kVA w znacznym stopniu ogranicza konkurencję. Większość renomowanych producentów oferuje rozwiązania oparte o moduły o mocy 20kVA.

Odp.: Dopuszczamy.

4. Dotyczy zapisów „Możliwość współpracy z transformatorami medycznymi” (poz. 27 i poz. 61). Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez określenie „transformator medyczny”. Prosimy o podanie parametrów technicznych tych transformatorów oraz o podanie charakterystyki odbiorów zasilanych tymi transformatorami.

Odp.: Transformatory separacyjne do pomieszczeń medycznych w układzie sieci IT do zasilania pomieszczeń medycznych : Blok operacyjny, OIOM

5. Prosimy o dopuszczenie UPS-ów o wysokości 1500 mm. Zapis o maksymalnej wysokości 1000 mm w znacznym stopniu ogranicza konkurencję. Jakiej jest uzasadnienie dla tak małej wysokości zasilaczy?

Odp.: Zgoda

6. Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez zasilacze interfejsu USB (poz. 31 i poz. 65). Sposób komunikacji i zarządzania zasilaczem UPS zależy od rozwiązań stosowanych przez danego producenta.

Odp.: Zgoda

7. Dotyczy zapisu „Podłączenie do istniejącego bypassu serwisowego z wykorzystaniem 2 regałów bateryjnych zamawiającego”. Prosimy o podanie parametrów regałów (wymiary, ilość i rodzaj baterii).

Odp.: Regał 1- 700x850 mm wys 830 mm, 3 półki co 330 mm; 15 szt baterii na jednym poziomie w 3 rzędach; Regał 2- 1320x740 mm wys 1610 mm, 4 półki co 470 mm; 12 szt baterii na jednej półce w 4 rzędach.

8. Czy zamawiający wymaga również instalacji urządzeń klimatyzacji pomieszczenia UPS. Jeżeli tak prosimy o szczegółowe określenie zakresu prac do wykonania klimatyzacji, a w szczególności o podanie długości i przebiegu instalacji pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną oraz preferowanej lokalizacji jednostki zewnętrznej (na dachu, na ścianie, na gruncie itp.).

Odp.: Odległość między jednostkami ok 8 m, montaż przez istniejący kanał w stropie do poziomu parteru –ściana.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

WIFIOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR NACZELNY
Dariusz Tumulec

Prosto do Ciebie