



Lublin dnia 25.07.2022r.

Zamawiający:

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin, woj. Lubelskie
tel. 081 538 46 00,
faks 081 525 30 10

Znak sprawy: KZA-4/548/WM-KMS/2022

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy zapytań do zaproszenia do złożenia oferty na „Dostawa uchwytu do badań ściskania zgodnie z normą ISO 14126 – 1 sztuka”

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do zapisów Zaproszenia do złożenia oferty i jego załączników.

Pytanie nr 1

Jakie jest podłączenie uchwytu do adaptera ?

Np.:

Typ D z trzpieniem 12,8mm \emptyset czy sprzęgło męskie 40mm z trzpieniem 18mm \emptyset ?

Typ D z trzpieniem 1/2 cala ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Maszyna jest wyposażona w trzpienie o średnicy 60 mm z przetyczką 30 mm.

ZATWIERDZAM

***Z-ca Kanclerza
dr inż. Marcin Jakimiak***