Wrocław, dnia 20.05.2024r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Nr sprawy Szp242/ZP-042A/2024

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę materacy przeciwodleżynowe na łóżka szpitalne

PYTANIE NR1
Prosimy o wyrażenie zgody na dostawę w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź;
Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR2
Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania materaca piankowego, prewencyjnego, przeciwodleżynowego, wykonanego w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2, z pianki o gęstości 30 {kg/m3} antyalergicznej, nietoksycznej, pokrowiec materaca wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny), pokrowiec materaca w widocznym miejscu posiadający nadrukowane oznaczenia dot. właściwości użytkowych oraz znak CE, ognioodporność pokrowca wg normy BS 7175, materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawędziami zgrzewanymi lub zszywanymi z wodoszczelnym z zamkiem otwieranym z 3 boków materaca, pokrowiec wykonany z materiału pokrytego powłoką o właściwościach antyalergicznych, nie zawierającym niebezpiecznych związków i produktów chemicznych (ołowiu, rtęci, PBB zgodnie z przepisami RoHs i REACH), powierzchnia górna materaca posiadająca pofałdowaną strukturę w obszarze ramion oraz ud i podudzi, materac bezpośrednio kładziony na ramie łóżka, możliwość prania pokrowca w temperaturach do 95°C, dostosowany dla pacjentów o wadze do 190 kg, wymiary: grubość 14 cm, długość 200 cm, szerokość 85 cm, możliwość rotowania materaca dwu-kierunkowo celem zwiększenia jego "żywotności", materac "oddychający" tj. paraprzepuszczalny oraz przepuszczający powietrze.



Odpowiedź;
Zamawiający nie dopuszcza

INSPEKTOR
ds. Zaopatrzenia Medycznego
mgr Karolina Romanowska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H.-M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Lecznia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

DOLNY ŚLĄSK