

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *dostawę stymulatorów dla Oddziału Kardiologicznego*

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podst. art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2024 poz. 1320 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

ZESTAW NR 1

Pytanie 1. Dotyczy - Zadania 9

Prosimy o dopuszczenie koszulek Peel - Away o następujących parametrach użytkowych z tabeli od producenta z Unii Europejskiej.

Zestaw zawiera:

1. Introduktor o długości 13,5cm składający się z rozszerzacza (dylatora) wykonanego z HDPE (z dodatkiem 15% siarczanu baru) umieszczonego w koszulce wykonanej z PTFE (z dodatkiem 9% tlenku bizmutu).
2. Prowadnik \varnothing 0,38", długość 50 cm, zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” (promień 3 mm), wykonany ze stali nierdzewnej, z umieszczonym w środku drutem zabezpieczającym. Prowadnik umieszczony jest w osłonie z tworzywa sztucznego z elementem prostującym do umieszczania końcówki „J” w igle.
3. Igła introduktora, rozmiar 18 G, długość 7 cm.
4. Strzykawka, pojemność 10 ml.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

ZESTAW NR 2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie:

- 1) Zadanie 4, część IV, punkt 11. - Czy Zamawiający wyrazi również zgodę na dostarczenie przewodnika diagnostycznego o średnicy równej 0,035"? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

- 2) Zadanie 8 Lp. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o wadze 31,2 g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

- 3) Zadanie 8 Lp.5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z amplitudą impulsu w zakresie 0,5-7,5 V? Parametry nieznacznie różnią się od wymaganych w treści SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

- 4) Zadanie 8 Lp.10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod lewokomorowych typu „over-the-wire”, wyłącznie 4-polowych o różnych długościach i krzywiznach oraz z różnym rozstawem pierścieni na elektrodzie, umożliwiając skuteczne umiejscowienie elektrody w docelowym naczyniu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

ZESTAW NR 3

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 w wysokości **0,5%** wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b) za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2 i ust. 3 w wysokości **0,5%** wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c) za brak dotrzymania terminu załatwienia reklamacji o którym mowa w § 12 ust. 3 w wysokości **0,5%** wartości brutto reklamowanej partii zamówienia

d) za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% **niezrealizowanej** wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1.

e) za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10 % **niezrealizowanej** wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1.

f) za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia w wysokości **100,00 zł** brutto za każde tego rodzaju zdarzenie.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Ponadto Zamawiający **MODYFIKUJE projekt umowy w zakresie §2 ust. 6 i nadaje mu brzmienie:**

Zamawiający, w przypadku niewykorzystania całej wartości przedmiotu umowy określonej w załączniku nr 1 do SWZ przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, jednak nie dłużej niż do czasu wykorzystania całej wartości przedmiotu umowy lub do dnia zawarcia nowej umowy w wyniku rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego dotyczącego przedmiotu umowy .

Jednocześnie zmianie ulega zapis w projekcie umowy w zakresie § 13 ust 2 pkt. 6) i otrzymuje brzmienie:

„aneks dopuszczający wydłużenie terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego maksymalnej wartości umowy, określonej w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ o okres wskazany w § 2 ust. 6”

Z poważaniem