

Warszawa, 04 lipca 2023 roku

BAD.241.2.6.2023

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę chromatografów do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1710, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji warunków zamówienia oraz swoje wyjaśnienia.

Pytanie 1:

Rozdział 3 (HPLC w Warszawie)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora diodowego o dryfcie $< \pm 9 \times 10^{-4}$ AU?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora diodowego o liniowości co najmniej 2 AU?

Odpowiedź:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie detektora diodowego o dryfcie $< \pm 9 \times 10^{-4}$ AU. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje brzmienie punktu 7.7 formularza warunków technicznych w zakresie udzielonej odpowiedzi na pytanie. Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie detektora diodowego o liniowości co najmniej 2 AU. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje brzmienie punktu 7.8 formularza warunków technicznych w zakresie udzielonej odpowiedzi na pytanie.

Pytanie 2:

Rozdział 3: dostawa zestawu do chromatografii ciekowej z detektorem diodowym i refraktometrycznym

Czy Zamawiający dopuści zestaw z detektorem diodowym posiadającym regulowaną szczelinę w zakresie 1,2 i 8 nm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw z detektorem diodowym posiadającym regulowaną szczelinę w zakresie 1,2 i 8 nm. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje brzmienie punktu 7.4 formularza warunków technicznych w zakresie udzielonej odpowiedzi na pytanie oraz wprowadza dodatkową modyfikację, po której pkt 7.4. w części dotyczącej wymaganych parametrów technicznych otrzymuje następujące brzmienie: „co najmniej w dwóch krokach w zakresie 1-8 nm“.

Działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji treści formularza warunków technicznych, stanowiącego załącznik nr 2c do SWZ w zakresie wynikającym z udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz uzasadnionych dodatkowych zmian. Ponadto z uwagi na zauważone omyłki pisarskie, Zamawiający modyfikuje treść pkt 3.5.-3.6. oraz 4.2.-4.3. formularza warunków technicznych stanowiącego załącznik nr 2a do SWZ. Zmiany w załącznikach zostały zaznaczone kolorem żółtym i czerwoną czcionką. Zmodyfikowane formularze warunków technicznych stanowiące odpowiednio załącznik nr 2a i 2c do SWZ w brzmieniu zmienionym od 4 lipca 2023 r. stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert ustalony **na 21 lipca 2023 roku na godz. 9:30** oraz otwarcia ofert ustalony **na 21 lipca 2023 roku na godz. 10:00**.

Ewa Krzyżewska-Kuran

Dyrektor Generalny

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/