



Toruń, 24.04.2024 r.

KPIM/218/2024

DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (22)

Dotyczy aparat USG, typG – średniej klasy:

1189. Dot. pkt 15 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG posiadający gniazda pinowe nowej generacji zamiast gniazd bezpinowych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

1190. Dot. pkt 35 - Czy auto optymalizacja tkanki i auto optymalizacja spektrum w zakresie postprocessingu w trakcie badania (na aktywnym obrazie) spełnia wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak, spełnia.

1191. Dot. pkt 61 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG posiadający głowicę convex o ilości kryształów 128, ale wykonaną w technologii Single Crystal co w sposób znaczny wpływa na poprawę jakości obrazu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1192. Dot. pkt 68 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG posiadający głowicę liniową o zakresie częstotliwości 3,0 – 14,0 MHz z 256 elementami wykonaną w technologii Combo Wave, która podobnie do technologii matrycowej poprawia jakość obrazowania nie będącą głowicą matrycową?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1193. Dot. pkt 69 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG posiadający głowicę liniową typu Hockey o zakresie częstotliwości 3,5 – 16,0 MHz?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1194. Dot. pkt 7 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG który zamiast funkcji nagrywania badania „na żywo” bezpośrednio na nośniki CD/DVD oraz USB posiada funkcję wewnętrznego DVR pozwalającą na ciągłe nagrywanie badania na wewnętrzny dysk twardy (długość jednego nagrania do 60 minut każdorazowo) a następnie na zgranie go na w/w nośniki?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Dotyczy Echokardiografu wysokiej klasy:

1195. Dot. pkt 23 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat Echokardiograficzny nie posiadający możliwość dołączenia przeglądarki plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1196. Dot. pkt 29 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat Echokardiograficzny nie posiadający możliwości podłączenia głowic matrycowych do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym do echokardiografii przekłatkowej i przezprzełykowej?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1197. Dot. pkt 46 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat Echokardiograficzny nie posiadający możliwości obrazowania trójwymiarowego struktur serca w czasie rzeczywistym na głowicach trójwymiarowych przekłatkowych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1198. Dot. pkt 47 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat Echokardiograficzny nie posiadający możliwości jednoczesnej wizualizacji w czasie rzeczywistym min. 2 niezależnych płaszczyzn na głowicach trójwymiarowych przekłatkowych, w trybie B i Doppler kolorowy?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1199. Dot. pkt 48 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat Echokardiograficzny nie posiadający możliwości kolorowego odwzorowania przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), z głowic trójwymiarowych przekłatkowych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1200. Dot. pkt 75 i 77 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat Echokardiograficzny posiadający głowicę do obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych nie będącą głowicą matrycową o ilości elementów 64?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.



1201. Dot. pkt 92 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat Echokardiograficzny nie posiadający możliwości analizy 4D (automatyczne/półautomatyczne) przy badaniach zastawki mitralnej i aortalnej?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Dotyczy Mobilnego aparatu USG, typC – wysokiej klasy:

1202. Dot. pkt 13 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG posiadający klawiaturę alfanumeryczną z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym oraz fizyczna na panelu sterowania zamiast wysuwanej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

1203. Dot. pkt 15 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG posiadający regulację wysokości panelu sterowania w zakresie 20 cm ale z napędem elektrycznym oraz elektryczną blokadą panelu sterowania w wybranym położeniu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1204. Dot. pkt 21 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG umożliwiający eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD ale bez załączanej przeglądarki DICOM?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1205. Dot. pkt 28 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG posiadający 5 portów USB w tym 2 porty USB umieszczone w panelu dotykowym zamiast 1 port w monitorze?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1206. Dot. pkt 45 i 46 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG nie posiadający obrazowania harmonicznego zwiększającego rozdzielczość i penetrację używającego min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu oraz obrazowania 3 harmoniczne?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1207. Dot. pkt 48 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG posiadający obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne z 6 ustawieniami?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1208. Dot. pkt 67- Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG posiadający optymalizację zapisów CD za pomocą jednego przycisku obejmującą wzmocnienie, kąt ugięcia i umiejscowienie bramki Dopplera Kolorowego zamiast parametrów wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.



1209. Dot. pkt 70 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG posiadający obrazowanie naczyń narządów mięszowych (nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. (minimalne ustawienie skali 1 cm/sek.) w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanej głowicy convex, linia z możliwością prezentacji kierunku napływu oraz prędkością odświeżania FR 16 obr/sek dla skali przepływów na poziomie 1 cm/sek i przy bramce większej niż 2 x 2 cm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1210. Dot. pkt 83 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG nie posiadający automatycznego pomiaru zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1211. Dot. pkt 88 i 90 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG posiadający głowicę convex o kącie obrazowania 72 stopnie i nie współpracującą z elastografią typu strain?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1212. Dot. pkt 95 i 96 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG posiadający głowicę liniową o ilości elementów 256 i FOV 50,8 mm wykonaną w technologii Combo Wave, która podobnie do technologii matrycowej poprawia jakość obrazowania?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1213. Dot. pkt 103 i 106 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG posiadający głowicę liniową o ilości elementów 576 nie współpracującą z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1214. Dot. pkt 110 i 111 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG posiadający głowicę liniową o ilości elementów 192 i FOV 28,7 mm ale z zakresem częstotliwości do 23 MHz i wykonaną w technologii Combo Wave, która podobnie do technologii matrycowej poprawia jakość obrazowania?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1215. Dot. pkt 115 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG nie posiadający możliwości rozbudowy o elastografię akustyczną, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na głowicy convex wysokiej częstotliwości min. 9 MHz?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.



1216. Dot. pkt 117 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG nie posiadający możliwości rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1217. Dot. pkt 118 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG nie posiadający możliwości pracy z głowicą liniową z centralnym kanałem biopsyjnym?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1218. Dot. pkt 121 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG nie posiadający możliwości zobrazowania więcej niż dwóch torów biopsyjnych jednocześnie podczas zabiegów?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

1219. Dot. pkt 122 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG posiadający możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne (w tym z obrazowaniem przepływów w Power Dopplerze) z możliwością wykonywania pomiarów dla którego producent nie podaje długości przechwytywanego obrazu, ale która wynosi około 100 cm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Małgorzata Sendej-Orłowska