



WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE

Kraków, dnia 12 września 2023 r.

znak sprawy: AGZ.272.9.2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: „Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego – część II”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 1.09.2023 r., nr 2023/BZP 00378057/01.*

Odpowiedź na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udostępnia treść zapytań oraz udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek nr 1:

Część 4 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oryginalnych końcówek producenta HTL, które pakowane są po 200 szt. w op. jednostkowym i zaoferowanie 2 takich opakowań?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza oryginalne końcówki producenta HTL, które pakowane są po 200 szt. w opakowaniu jednostkowym, przy zachowaniu sumarycznej ilości wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia tj. 400 sztuk.

Wniosek nr 2:

Część 4 poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek pakowanych po 1000 szt. w op. jednostkowym i zaoferowanie 4 takich opakowań?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza końcówki pakowane po 1000 szt. w opakowaniu jednostkowym, przy zachowaniu sumarycznej ilości wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia tj. 4000 sztuk.

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krakowie
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76
www.gov.pl/web/wsse-krakow e-mail: wsse.krakow@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /wssekrakow/skrytka
centrala tel.: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555
sekretariat Dyrektora tel.: (+48) 12 25 49 500, fax: 12 41 62 093
REGON: 000297394 / NIP: 677-10-27-767

Wniosek nr 3:

Część 4 poz. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek pakowanych po 1000 szt. w op. jednostkowym i zaoferowanie 10 takich opakowań?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza końcówki pakowane po 1000 szt. w opakowaniu jednostkowym, przy zachowaniu sumarycznej ilości wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia tj. 10000 sztuk.

Wniosek nr 4:

Część 4 poz. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oryginalnych końcówek producenta Sartorius, które pakowane są po 100 szt. w op. jednostkowym i zaoferowanie 3 takich opakowań?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza oryginalne końcówki producenta Sartorius, które pakowane są po 100 szt. w opakowaniu jednostkowym.

Wniosek nr 5:

Część 9. Czy w części 9 zamawiający dopuszcza dostarczenie produktu z terminem ważności min. 12 miesięcy, liczonych od daty podpisania umowy?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza produkt z terminem ważności min. 12 miesięcy, liczonych od daty podpisania umowy.

Odpowiedzi na powyższe wnioski stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Alina Jamka
Dokument podpisany elektronicznie