



D.25C/250/ 105 /2024

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ SEROLOGICZNYCH I TRANSFUZJOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH ANALIZATORÓW DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: D25C/251/N/8-14rj/24, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że w załączniku nr 7 SWZ w punkcie 7 tabeli parametrów technicznych i innych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuści, aby oferowana międzynarodowa zewnętrzna kontrola jakości jako materiał służący do zewnętrznych procedur zapewnienia jakości (niezależny od oferowanej metody) pochodził od innego producenta niż wszystkie odczynniki/karty i sprzęt do badań w technice mikrotęstów kolumnowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach pozycji 1.12 tabeli formularza asortymentowocenowego (załącznik nr 2 do SWZ), Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu kontrolnego składającego się z 2 x 4 ml Krwinki Pacjent – zaw. 22%, 2 x 3 ml Surowica Pacjent, 1 x 2 ml Krwinki Dawca – zaw. 40% (QC Survey Basic – Zestaw Podstawowy) czyli materiału pozwalającego wykonać kontrolę w szerokim zakresie tj. min. grupa krwi, przeciwciała, BTA, próba serologicznej zgodności biorcy z dawcą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z brzmieniem wymagań dla odczynników zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) "Dostawa odczynników krwinkowych wg harmonogramu transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 st. C)", Zamawiający dopuści podobnie jak dla krwinek, aby dostawa wszystkich oferowanych produktów, w szczególności wrażliwych na warunki transportu kart (ustalona pozycja pionowa) odbywała się nie rzadziej niż raz na miesiąc wg załączonego do oferty/dostarczanego raz w roku harmonogramu dostaw na dany rok kalendarzowy z zapewnieniem możliwości dostaw pilnych „na cito” z terminem realizacji nie dłuższym niż 5 dni robocze od dnia złożenia zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**


mgr Monika Klause