



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 22.11.2021 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury i sprzętu medycznego.

Nr postępowania: **ZP/17/21**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 tj. ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. **Dotyczy SWZ rozdz. 4 pkt. 17.7 i wzór umowy, § 4 pkt. 7** - Czy Zamawiający dopuści wymianę akumulatorów (podtrzymujących pracę urządzenia po odłączeniu go od sieci elektrycznej) tylko raz w ciągu trwania umowy? Wymiana tego elementu znacząco podwyższa koszt przeglądu technicznego. Ponadto informujemy, że producent nie wymaga wymiany akumulatorów co rok, a jedynie zaleca ich wymianę w momencie faktycznego zużycia/uszkodzenia.
Zgodnie z zapisami SWZ i wzorem umowy.
2. **Dotyczy wzoru umowy, § 6, pkt. 3** - Czy Zamawiający dopuści płatność za wykonaną usługę w ciągu 14 dni od wystawienia faktury?
Zamawiający nie dopuszcza. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu oferty - 45 dni/60 dni od dnia przedłożenia prawidłowej pod względem księgowym i finansowym faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.
3. **Dotyczy wzoru umowy, § 6, pkt. 3 i 7** - Czy Zamawiający dopuści wystawienie faktury najpóźniej do 3 dni roboczych od czasu zakończenia każdego cząstkowego zlecenia przeglądu czy naprawy?
Zgodnie z zapisami projektu umowy, § 6, pkt. 3 i 7.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 20d** - Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 20d wymaga poświadczenia o autoryzacji serwisu przez producenta sprzętu?
Zgodnie z zapisami SWZ.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 20d** - Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 20d wymaga, aby osoby wykonujące usługę posiadały certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w zakresie serwisowania sprzętu medycznego wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta na terenie Polski?
Zgodnie z zapisami SWZ.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 20d** - Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 20d wymaga sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji?
Zgodnie z zapisami SWZ oraz wzorem umowy §4 pkt 12.

7. **Dotyczy respiratorów Newport** - Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Newport co 12 miesięcy lub co 5000 godzin należy wymienić w nich zestaw Preventive Maintenance Kit , co 24 m-ce czujnik tlenu i akumulator. Czy Zamawiający wymaga aby ceny powyższych akcesoriów zostały uwzględnione w wycenie?
Zgodnie z zapisami SWZ oraz projektem umowy §4 pkt 1 - ceny powyższych akcesoriów należy uwzględnić w wycenie.
8. **Dotyczy ogrzewaczy WarmTouch** - Zgodnie z zaleceniami producenta ogrzewaczy WarmTouch co 2000 przepracowanych godzin należy wymienić filtr HEPA. Czy Zamawiający wymaga aby ceny filtrów zostały uwzględnione w wycenie?
Zgodnie z zapisami SWZ oraz projektem umowy §4 pkt 7 - ceny powyższych akcesoriów należy uwzględnić w wycenie.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 21A** - Uprzejmie prosimy o wydzielenie z pakietu 21A pozycji 7 i 8 /myjnie endoskopowe/ do osobnego pakietu jako sprzętu o innym zastosowaniu i konstrukcji. W przypadku pozostawieniu tego sprzętu w pakiecie Zamawiający niejako dokonuje wyboru i skorzystać może wyłącznie z oferty złożonej w postępowaniu autoryzowanego przedstawiciela i wyłącznego serwisanta i sprzedawcy zarówno sprzętu endoskopowego jak też wskazanych myjni. W opinii pytającego jak również w orzecznictwie działanie takie stanowi czyn ograniczenia konkurencji. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o rzeczowe uzasadnienie.
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 21A pozycji 7 i 8. Zgodnie z zapisami SWZ.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 18 d** - czy zamawiający ze względu na wiek i brak dostępności części do przeglądu pomp Pilot w pakiecie 18d zgodzi się na ich wyłączenie z pakietu?
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ.
11. **Dotyczy SWZ, część 4, pkt 4, pakiet 5e** - Z uwagi na to, że wykonanie pełnej procedury przeglądowej wymaga użycia kodów serwisowych prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał przedstawienia przez Wykonawcę podpisanej umowy licencyjnej/dokumentu potwierdzającego legalność nabycia kodów serwisowych.
Zamawiający dopuszcza przedstawienia przez Wykonawcę podpisanej umowy licencyjnej/dokumentu potwierdzającego legalność nabycia kodów serwisowych.
12. **Dotyczy SWZ, część 4, pkt 7, pakiet 5e** - Czy Zamawiający dostarczy kody serwisowe niezbędne do wykonania pełnej procedury przeglądowej? Czy zapewnienie legalnych kodów serwisowych leży po stronie Wykonawcy?
Powyższa informacja jest niezbędna do przeprowadzenia prawidłowej kalkulacji.
Zapewnienie kodów serwisowych leży po stronie Wykonawcy.
13. **Dotyczy SWZ, część 4, pkt 12, pakiet 5e** - Informujemy, że w ramach przeglądów urządzenia z pakietu nr 5e zgodnie z zaleceniami producenta procedura przeglądu jest ściśle opisana przez producenta. Obejmuje jedynie diagnostykę funkcji aparatu. Diagnostyka ewentualnych uszkodzeń wymaga odrębnego zlecenia. W związku z powyższym prosimy o dopisanie w ust.12 „w okresie międzyprzeglądowym na zlecenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania diagnostyki bo zaakceptowaniu kosztów diagnostyki przez Zamawiającego”.
Zgodnie z zapisem SWZ, część 4, pkt 12 oraz pkt 17 ppkt 13.
14. **Dotyczy SWZ, część 6, pkt 2, ppkt 4, lit. a, pakiet 5e** - Prosimy o potwierdzenie, że referencje wymagane dla pakietu 5e mają dotyczyć sprzętu medycznego analogicznego tj. aparatów usg tego producenta, których dotyczy składana oferta. Zwracamy uwagę, że aparaty różnych producentów różnią się między sobą na tyle, że referencje dotyczące innych urządzeń nie potwierdzają wymaganej zdolności technicznej lub zawodowej.
Może się okazać, że Wykonawca posiadający referencje na wykonanie obsługi serwisowej aparatury innego producenta nigdy wcześniej nie serwisował przedmiotowych aparatów.
Zamawiający potwierdza, że referencje wymagane dla pakietu 5e mają dotyczyć sprzętu Medycznego analogicznego tj. aparatów usg tego producenta, których dotyczy składana oferta.

15. **Dotyczy SWZ, część 20, pkt 2, ppkt 2, pakiet 5e** - Prosimy o potwierdzenie, że podana w ofercie stawka za roboczogodzinę ma obowiązywać przez cały okres umowy i będzie stanowiła podstawę do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za rzeczywisty czas przeznaczony na pracę przy diagnozowaniu i/lub usuwaniu awarii urządzeń medycznych.
Zamawiający przewiduje zmiany w wysokości wynagrodzenia zgodnie z zapisami projektu umowy §8.
16. **Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, Wzór umowy, § 3, ust. 5, pakiet 5e** - Prosimy o potwierdzenie, że do czasu naprawy nie wlicza się czasu oczekiwania na decyzję Zamawiającego w sprawie zakupu części zamiennych.
Zamawiający potwierdza, że do czasu naprawy nie wlicza się czasu oczekiwania na decyzję Zamawiającego w sprawie zakupu części zamiennych.
17. **Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, Wzór umowy, § 4, ust. 13, pakiet 5e** - Prosimy o potwierdzenie że w przypadku napraw, które nie wymagają użycia części zamiennych rozliczenie nastąpi według czasu podanego w raporcie serwisowym i stawki roboczogodziny oraz dojazdu, a w przypadku napraw wymagających użycia części czas i dojazd ma zostać doliczony do oferty na zakup części.
Zgodnie z zapisami SWZ – rozdz. 4 pkt 17, ppkt 13 i 14 oraz projektem umowy, § 4, ust. 13.
18. **Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, Wzór umowy, § 6, ust. 4, pakiet 5e** - Zwracamy uwagę, iż w przypadku konieczności wymiany części Zamawiający otrzymuje ofertę na ich zakup. Wykonawca nie ma wpływu na termin potwierdzenia oferty. Dopiero po akceptacji oferty i dostarczeniu części zamiennych oraz wykonaniu naprawy nastąpi przedłożenie odrębnej faktury wystawionej przez Wykonawcę.
Po akceptacji oferty na zakup części oraz wykonaniu naprawy Wykonawca przedłoży fakturę.
19. **Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, Wzór umowy, § 6, ust. 4, pakiet 5e** - Prosimy o potwierdzenie, że wykonywanie diagnostyki usterek i napraw będzie odbywało się na odrębne zlecenie Zamawiającego.
Zgodnie z zapisami projektu umowy § 4 pkt 13.
20. **Dotyczy zapisów SWZ** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wykonawcę, który pracownicy posiadają kwalifikacje do konserwacji urządzeń medycznych, posiadają kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń ale nie posiadają zaświadczenie producenta potwierdzające uprawnienia do wykonywania usług konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych?
Zgodnie z zapisami SWZ rozdz. 4, pkt 4 i 5.
21. **Dotyczy Pakietu Nr 11b** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie konieczności posiadania autoryzacji serwisowej od Producenta dla pakietu 11b. Zgodnie z SIWZ punkt 4 podpunkt 20, a także punkt 6. Warunki udziału w postępowaniu podpunkt 2 (4d) pakiet ten nie został objęty obowiązkiem autoryzacji serwisowej.
Zamawiający nie wymaga autoryzacji serwisowej od producenta dla pakietu nr 11b.
22. **Dotyczy Pakietu Nr 20e punkt 3,4,5** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie modeli. Jest to niezbędna informacja do przygotowania wyceny.
Respiratory z pakietu 20e- punkt 3,4,5 to model Medumat Standard.
23. **Dotyczy Pakietu Nr 5b, SWZ rozdz. 4 punkt 20, rozdz. 6 punkt 2.4 ppkt.d:** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty przez Wykonawcę niebędącego autoryzowanym przedstawicielem producenta. Nasza firma prowadzi serwis posiadający wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, nie posiada jednak autoryzacji producenta. Nasi inżynierowie są przeszkoleni przez producenta i posiadają certyfikaty na podstawie których wielokrotnie braliśmy udział w przetargach oraz rzetelnie wykonujemy usługi przeglądów i napraw sprzętu. Zgoda Zamawiającego nie naruszy art. 90 ustawy o wyrobach medycznych a jednocześnie pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania poprzez możliwość złożenia ofert przez Wykonawców nie będących autoryzowanymi przedstawicielami producenta.
Zgodnie z zapisem SWZ rozdz. 4, punkt 20 oraz rozdz. 6 punkt 2.4 ppkt.d.

Podpisał:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej prowadzonego postępowania