

L. dz.: DZP-838/23

Poznań, dnia 27.09.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy/  
Platforma zakupowa**

**Dotyczy: PN-73/23** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę z wnieśieniem i instalacją aparatury medycznej na potrzeby działalności urologicznej wraz z przeszkoleniem personelu w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) z podziałem na 2 części.**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, dalej Ustawa Pzp) udzielił odpowiedzi w piśmie DZP-836/23 z dnia 26.09.2023 r.

**W nawiązaniu do przesłanych w ww. piśmie odpowiedzi na pytania Zamawiający poprawia omyłki w odpowiedziach na pytania o nr 62 i 64 w następujący sposób:**

**Pytanie 62**

Dotyczy Części 2- 3.2.6- Tor laparoskopowy urologiczny- 1 szt.

W związku z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 15.09.2023 r zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający oczekują aby tor laparoskopowy urologicznym (załącznik 3.2.6) posiadał w zestawie laparoskopowym sztywny wideolaparoskop 3D do obrazowania w technologii 3D ?

**Odpowiedź:**

**Było:**

Zamawiający wymaga, aby tor laparoskopowy urologiczny opisany w załączniku 3.2.6 posiadał w zestawie laparoskopowym sztywny wideolaryngoskop 3D do obrazowania w technologii 3D.

**Powinno być:**

Zamawiający wymaga, aby tor laparoskopowy urologiczny opisany w załączniku 3.2.6 posiadał w zestawie laparoskopowym sztywny **wideolaparoskop** 3D do obrazowania w technologii 3D.

**Pytanie 64**

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 60: Czy zgodnie z pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia w części dotyczącej toru laparoskopowego urologicznego opisującego m. in. źródło światła LED Zamawiający nadal oczekuje dostarczenia sztywnego wideolaparoskopu 3D o kącie patrzenia 0stopni (poz. 16-29) wraz z Torem Laparoskopowym z możliwością oglądania obrazów w 3D?

Zgodnie z odpowiedziami na pytanie nr 60 Zamawiający dopuścił jako równoważny zestaw bez funkcjonalności 3D oraz bez konieczności dostarczenia sztywnego wideolaparoskopu 3D otrzymując w zamian 1 optykę laparoskopową 0stopni (obraz 2D).

**Odpowiedź:**

**Było:**

Zamawiający wymaga, aby tor laparoskopowy urologiczny opisany w załączniku 3.2.6 posiadał w zestawie laparoskopowym sztywny wideolaryngoskop 3D do obrazowania w technologii 3D.

**Powinno być:**

Zamawiający wymaga, aby tor laparoskopowy urologiczny opisany w załączniku 3.2.6 posiadał w zestawie laparoskopowym sztywny **wideolaparoskop** 3D do obrazowania w technologii 3D.

**UWAGA!!! Prosimy o wyraźne zaznaczenie i powołanie się na odpowiedzi na pytania do SWZ dopuszczające konkretne parametry sprzętu (jeśli dotyczy).**

**Ww. informacje należy wpisać w kolumnie „Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK)**

**Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.**

*Opracował formalnie: Wojciech Cyż  
nr tel. (61) 854 62 35  
e-mail: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)*



Rzeczpospolita  
Polska



Centralny Zintegrowany  
**Szpital Kliniczny**