

Kraków, 19.04.2024 r.

DZ.271.40.412.2024

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 52

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.40.2024 – Dostawa wyrobów medycznych m.in., akcesoriów do aparatu do znieczulania, czujników dla dzieci, systemu do wykonywania ablacji migotania przedsionków, cewników wewnątrznaczyniowych

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu 3, pkt 1-4

- a. Proszę o podanie nazwy i modelu aparatu

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- b. Proszę o podanie rodzaju linii, technologii lub numeru referencyjnego

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- c. Proszę o podanie rodzaju czujnika oraz technologii w której ma działać

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- d. Proszę o podanie rodzaju czujnika oraz technologii w której ma działać

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu 3 poz. 3-4

- a. Czy zamawiający zgodzi się na czujnik dla pacjentów w przedziale wagowym 3-20 kg?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian.

- b. Czy zamawiający zgodzi się na czujnik dla pacjentów w przedziale wagowym <3 kg i >40 kg?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian.

- c. Czy zamawiający zgodzi się na czujnik dla pacjentów w przedziale wagowym 10-50 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania czujników w przedziale 10-50 kg oraz Zamawiający wymaga równocześnie zaoferowania czujników w przedziale od 3 kg do 20 kg, zgodnie z zapisami SWZ.

- d. Czy zamawiający zgodzi się na zaproponowanie czujników z kablem o długości 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.