

Dreźnie, dnia 21 czerwca 2024 roku

Do Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie

P1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych do przygotowania i podawania leków dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreźnie, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/9/2024, 2024/BZP 00368925/01 z dnia 2024-06-17,

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

1. Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwaną dalej Ustawą* udziela następujących wyjaśnień i wprowadza zmiany treść SWZ:

Pytanie 1

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny skalowane co 0,01ml z dołączaną igłą w rozmiarze 0,45x13mm?

Odp. do pytania 1

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 1 poz. 1 na strzykawki z igłą w rozmiarze 0,45x13mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 2

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali nominalnej?

Odp. do pytania 2

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 3

Pakiet 1, pozycja 6-8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną skalą pomiarową?

Odp. do pytania 2

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 4

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne z dostępem do jednej długości oraz koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka?

Odp. do pytania 4

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 5

Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule z dostępem do jednej długości dla podanych rozmiarów?

Odp. do pytania 5

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 6

Pakiet 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka?

Odp. do pytania 6

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 7

Pakiet 6, pozycja 3

Czy Zamawiający odejdzie od wymogu jednego producenta dla koreczków i kaniul? zakaźnym?

Odp. do pytania 7

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 8

Pakiet 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z regulatorem z regulacją w zakresie od 5 do 250ml/h (granatowe cyfry na białym tle) dla lepkości poniżej 10% oraz regulacja od 5 do 200ml/h (białe cyfry na granatowym tle) dla lepkości 10%-40%?

Odp. do pytania 8

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 9

Pakiet 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z jednoczęściową komorą, hydrofilowy filtr cząsteczkowy Liquid Lock o wielkości oczek 8µm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu posiadający miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm?

Odp. do pytania 9

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 10

Pakiet 6, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z jednoczęściową komorą, filtrem zabezpieczającym przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm i miękkim elastyczny dren o długości 150cm z zakończeniem luer-lock?

Odp. do pytania 10

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 11

Pakiet 6, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bursztynowe z jednoczęściową komorą, filtrem zabezpieczającym przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm i miękkim elastyczny dren o długości 150cm z zakończeniem luer-lock?

Odp. do pytania 11

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 12

Pakiet 6, pozycja 14-17

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z 10% rozszerzeniem skali nominalnej?

Odp. do pytania 12

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 13

Pakiet 6, pozycja 18-19

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną skalą pomiarową?

Odp. do pytania 13

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 14

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą prowadzącą bez rozmiaru 22G?

Odp. do pytania 14

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 15

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych 18G, 19G, 20G, 21G, 22G przy długości igły 90mm oraz 22G przy długości igły 40 mm?

Odp. do pytania 15

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 16

Pakiet 11 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie 11 pozycja 2 dopuści Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu standard, sterylne, dostęp do rozmiarów: 18G, 19G, 20G, 21G, 22G przy długości igły 90mm oraz 22G przy długości igły 50 mm.

Odp. do pytania 16

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 11 poz. 2 na igły do znieczuleń bez dostępu do rozmiaru 21G dla długości igły 50mm.

Pytanie 17

Pakiet 1, poz. 2

Proszę o dopuszczenie strzykawki ze skalą nominalną.

Odp. do pytania 17

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 18

Pakiet 1, poz. 5

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odp. do pytania 18

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 6.3 SWZ podał warunki oferowania produktów w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w dodatku nr 2 do SWZ.

Pytanie 19

Pakiet 1, poz. 9-10

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odp. do pytania 19

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 20

Pakiet 4, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniuli z 2 paskami RTG.

Odp. do pytania 20

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 21

Pakiet 6, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniul z dwoma długościami tylko w rozmiarze 18G.

Odp. do pytania 21

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 22

Pakiet 6, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE.

Odp. do pytania 22

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 23

Pakiet 6, poz. 1-3

Proszę o odstąpienie od wymogu jednego producenta.

Odp. do pytania 23

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 24

Pakiet 6, poz. 7

Proszę o dopuszczenie przyrządu do wielokrotnego pobierania leków z fiolek wielodawkowych:



Odp. do pytania 24

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 25

Pakiet 6, poz. 7

Proszę o dopuszczenie przyrządu z filtrem 0,45 mikronów.

Odp. do pytania 25

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 26

Pakiet 6, poz. 9

Proszę o dopuszczenie zestawu do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu do 300 ml/h

- Długość drenu 180cm.
- Wyposażony w bezłateksowy port do dodatkowej iniekcji.
- Możliwość obsługi jedną ręką.
- Posiada dodatkowy zacisk rolkowy.
- Miękka komora kropłowa zakończona ostrym kolcem.
- Zakończenie dreny luer lock.
- Nie zawiera lateksu i PHT, DEHP.
- Sterylizowany tlenkiem etylenu.
- Jednokrotnego użytku.

Odp. do pytania 26

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 27

Pakiet 6, poz. 10

Proszę o dopuszczenie

- Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta.
- Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.
- Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.
- Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).
- Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłoń, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych.
- Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie.
- Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu. Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren.
- Elastyczna komora kropłowa wolna od PVC (Kropłomierz 20 kropli/ml)

- Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta
- Posiada komorę kroplową , której część z kolcem wykonana jest ze sztywnego, w pełni przejrzystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej)
- Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary
- Objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu
- Długość drenu: 180 cm
- Opakowanie: pudełko 30 sztuk, duży karton 300 sztuk

Odp. do pytania 27

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 28

Pakiet 6, poz. 11

Proszę o dopuszczenie

- Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta.
- Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.
- Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.
- Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).
- Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłoń, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych.
- Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie.
- Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu. Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren.
- Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)
- Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta
- Posiada komorę kroplową , której część z kolcem wykonana jest ze sztywnego, w pełni przejrzystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej)
- Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary
- Objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu
- Długość drenu: 180 cm
- Opakowanie: pudełko 30 sztuk, duży karton 300 sztuk

Odp. do pytania 28

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 29

Pakiet 6, poz. 14-17

Proszę o dopuszczenie strzykawkę ze skalą nominalną.

Odp. do pytania 29

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 30

Pakiet 6, poz. 17

Proszę o dopuszczenie strzykawkę pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odp. do pytania 30

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 6.3 SWZ podał warunki oferowania produktów w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w dodatku nr 2 do SWZ.

Pytanie 31

Pakiet 6, poz. 17

Proszę o dopuszczenie strzykawkę pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odp. do pytania 31

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 6.3 SWZ podał warunki oferowania produktów w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w dodatku nr 2 do SWZ.

Pytanie 32

Pakiet 7, poz. 6

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje kranika z koreczkami z trzpieniem poniżej własnej krawędzi?

Odp. do pytania 32

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 33

Pakiet 7, poz. 6

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje kranika z wyczuwalnym indykátorem pozycji otwarty/zamknięty ?

Odp. do pytania 33

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 34

Pakiet 8, poz. 3

Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych o parametrach:

- uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem
- Iгла biorcza dwukanałowa posiada odpowietrznik z filtrem
- Wyposażony w skrzydelka ułatwiające wbicie
- Komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu
- Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 01 ml)
- 15 µm filtr płynu
- Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną
- Dren długości 150 cm + wstawką do dodatkowych wstrzyknięć z zaciskiem przesuwnym
- Przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą przepływu 5-250 ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40 % od 5- 200 ml/h
- Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednorazowego użytku
- Opakowanie typu blister
- Wolny od ftalanów

Odp. do pytania 34

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 35

Pakiet 8, poz. 4

Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych o parametrach:

- uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem
- Iгла biorcza dwukanałowa posiada odpowietrznik z filtrem
- Wyposażony w skrzydelka ułatwiające wbicie
- Komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu
- Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 01 ml)
- 15 µm filtr płynu
- Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną
- Dren długości 150 cm + wstawką do dodatkowych wstrzyknięć z zaciskiem przesuwnym
- Przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą przepływu 5-250 ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40 % od 5- 200 ml/h
- Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednorazowego użytku
- Opakowanie typu blister
- Wolny od ftalanów

Odp. do pytania 35

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 36

Pakiet 8, poz. 8

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje kranika z koreczkami z trzpieniem poniżej własnej krawędzi?

Odp. do pytania 36

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 37

Pakiet 9

Czy Zamawiający uwzględni wielkość opakowania zbiorczego proponowanego przez Wykonawcę podczas składania zamówień częściowych? Wyjaśniamy, że obecnie opakowania zawierają 100 szt. zestawów.

Odp. do pytania 37

Zamawiający wyjaśnia, że w §2 ust. 5 projektowanych postanowień umowy zawarte są zapisy dotyczące ww. zakresu.

Pytanie 38

Projektowane postanowienia umowy §2 ust. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin dostaw wynosił 4 lub 5 dni roboczych?

Odp. do pytania 38

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 39

Projektowane postanowienia umowy §2 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby podany termin wynosił 48h roboczych?

Odp. do pytania 39

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 40

Projektowane postanowienia umowy najmu §4 ust. 4

Wykonawca prosi o zmianę zapisu w ten sposób, aby Zamawiający zobowiązany był zrealizować przedmiot umowy w wysokości minimum 80 % wartości brutto umowy.

Odp. do pytania 40

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 41

Projektowane postanowienia umowy §6 ust. 3

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 3 :

3 W przypadku uchybień określonych w:

- a) §2 ust.1 i ust. 2, Zamawiający uprawniony jest do naliczania kary umownej w wysokości **0,5%** wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- b) §3 ust.4 Zamawiający uprawniony jest do naliczania kary umownej w wysokości **0,5%** wartości brutto zareklamowanej części bieżącego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

Odp. do pytania 41

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 42

Pakiet 1, poz. 6-8

Czy zamawiający wydzieli poz.6-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. do pytania 42

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 43

Pakiet 6, poz. 3,11,12,13,18-19

Czy zamawiający wydzieli poz.3,11,12,13,18-19 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. do pytania 43

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 44

Pakiet 6, poz. 3

Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualnie w opakowanie typu Tyvec, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika?

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. W opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

Odp. do pytania 44

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 45

Pakiet 6, poz. 11

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach: całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42mm)?

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp. do pytania 45

W zakresie oznakowania etykiety produktu ws ftalanów nie stawia się szczegółowych wymagań.

Nie wprowadza się proponowanej zmiany w zakresie wymagań dotyczących przyrządów do przetoczeń.

W zakresie opakowania nie stawia się dodatkowych wymagań.

Pytanie 46

Pakiet 6, poz. 12

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach: całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42mm)?

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp. do pytania 46

W zakresie oznakowania etykiety produktu ws ftalanów nie stawia się szczegółowych wymagań.

Nie wprowadza się proponowanej zmiany w zakresie wymagań dotyczących przyrządów do przetoczeń.

W zakresie opakowania nie stawia się dodatkowych wymagań.

Pytanie 47

Pakiet 6, poz. 13

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp. do pytania 47

W zakresie oznakowania etykiety produktu ws ftalanów nie stawia się szczegółowych wymagań.

Nie wprowadza się proponowanej zmiany w zakresie wymagań dotyczących przyrządów do przetoczeń.

W zakresie opakowania nie stawia się dodatkowych wymagań.

Pytanie 48

Pakiet 7, poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. do pytania 48

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 49

Pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 8,5 cm? Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp. do pytania 49

Nie wprowadza się proponowanej zmiany w zakresie wymagań dotyczących przyrządów do przetoczeń.

W zakresie opakowania nie stawia się dodatkowych wymagań.

Pytanie 50

Pakiet 7, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego.

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach: całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42mm)?

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp. do pytania 50

Nie wprowadza się proponowanej zmiany w zakresie wymagań dotyczących przyrządów do przetoczeń.

W zakresie opakowania nie stawia się dodatkowych wymagań.

Pytanie 51

Pakiet 14 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej dla dorosłych z rezerwuarem tlenu i drenem z miękkiego polipropylenu bez zacisku na nos, z mankietem zagiętym w okolicy nosa zapewniającym nieprzedostawanie się tlenu do oczu pacjenta, przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ?

Odp. do pytania 50

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 14 poz. 1 na maskę tlenową dla dorosłych z rezerwuarem tlenu i drenem z miękkiego polipropylenu **bez zacisku na nos, z mankietem zagiętym w okolicy nosa zapewniającym nieprzedostawanie się tlenu do oczu pacjenta**, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 52

Pakiet 16 poz.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nebulizacji składający się z: ustnika, łącznika T 22F-22M/15F, drenu tlenowego o długości 1,8m, nebulizatora o pojemności 10ml, wyskalowanego co 2ml, z możliwością pracy w każdej pozycji, przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ?

Odp. do pytania 51

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 16 poz. 5 na zestaw do nebulizacji składający się z: ustnika, łącznika T 22F-22M/15F, drenu tlenowego o długości 1,8m, nebulizatora o pojemności 10ml, wyskalowanego co 2ml, z możliwością pracy w każdej pozycji, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 53

Pakiet 10 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera z cewnikiem pięćświatłowym w rozmiarze 12 Fx20cm pozostałe parametry bez zmian

Odp. do pytania 53

Dopuszcza się możliwość zaoferowania w pakiecie 10 poz. 5 zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera z cewnikiem pięćświatłowym w rozmiarze 12Fx20cm, przy pozostałych parametrach bez zmian

W załączeniu zmieniony dodatek nr 2 do SWZ

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Agnieszka Banaszek

W trybie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 7 Ustawy wyjaśnienia i zmiany zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania dnia 21.06.2024 r.