



**UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

**Dział Zamówień Publicznych**

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
fax (061) 854-61-46  
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 198 /23

Poznań, dnia 11.04.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy  
- platforma zakupowa**

**Dotyczy: TPm-18/23** postępowania w trybie przetargu podstawowego z możliwością negocjacji na dostawę wraz z transportem i wniesieniem oraz instalacją zamrażarek do jednostek UMP oraz przeszkolenie personelu z podziałem na 3 części.

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Pytanie - dotyczy części 2

- 1) Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę, gdzie stabilność temperatury w  $-80^{\circ}\text{C}$  wynosi  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$  – wartość jest średnią z pomiaru na górnej półce (najcieplejszy obszar komory wewnętrznej), jak i na dolnej półce (najzimniejsza część), przy spełnieniu pozostałych parametrów?
- 2) Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach:
  - a. zewnętrznych - 105 W x 84 D x 189 H cm
  - b. wewnętrzne - 70 W x 46 D x 111 H cm,przy spełnieniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

**Ad. 1) - Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

**Ad. 2) - Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie**

**Pytanie 2**

Dotyczy Załącznik nr 4.3. do SWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Zamrażarka niskotemperaturowa m03 x 1szt., Parametry techniczne

- Ad. 2 – Czy Zamawiający dopuści pojemność 400 litrów?  
Ad. 3 – Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne urządzenia (szer. x gł. x wys.) 785 x 1041 x 1947 [mm]?  
Ad. 7 – Czy Zamawiający dopuści 4 półki z czego 3 o regulowanej wysokości, wykonane ze stali nierdzewnej?  
2 wewnętrzne drzwiczki ze stali malowanej?  
Ad. 9 – Czy Zamawiający dopuści drzwi prawe?  
Ad. 12 – Czy Zamawiający dopuści izolację termiczną z paneli VIP plus o grubości 130 mm?

**Odpowiedź:**

**Ad. 2 - Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**

**Ad. 3 - Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**

**Ad. 7 - Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**

**Ad. 9 - Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**

**Ad. 12 - Zamawiający dopuszcza powyższego rozwiązania.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę odnośnie zapisu w umowie w § 2, punkt 8 na maksymalnie 10 dni?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający akceptuje zmianę i zmienia zapis umowy w § 2 punkt 8 na maksymalnie 10 dni.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę odnośnie zapisu w umowie w § 2, punkt 9 na maksymalnie 21 dni?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający akceptuje zmianę i zmienia zapis umowy w § 2 punkt 9 na maksymalnie 21 dni.**

**Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.**