



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
tel.: 68 347 73 00
fax: 68 384 25 90
e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl
http://www.spzozwolsztyn.pl
NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia 25.11.2021 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/312/2021

DYREKTOR

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „**Sukcesywna 12 miesięczna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych do wykonania 5000 badań parametrów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego; TP/19/2021**”

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – (Dz.U. poz. 2021.1129 t.j.), Zamawiający zmienia:

1. Pakiet nr 2 Pozycja 4; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu o czułości dla Amfetaminy 300 ng/ml i metamfetaminy 500 ng/ml, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.
2. Dotyczy pkt-u 7 Zał. nr 2 do SWZ Parametry graniczne półautomatycznego analizatora do analizy moczu i pasków testowych; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków testowych z czułością pola białka 12 - 18 mg/dl i glukozy 30-50 mg/dl.
3. Dotyczy pkt-u 9 Zał. nr 2 do SWZ Parametry graniczne półautomatycznego analizatora do analizy moczu i pasków testowych: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiału do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, pochodzącego od innego producenta niż producent czytnika, pasków, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, kompatybilnego z oferowanym czytnikiem tzn. posiadającego zmianowane wartości dla oznaczeń z paska i mikroalbuminy.
4. **wzoru umowy:**
 - Par. 13 ust. 3, Zamawiający dodaje zapis: „Uprawnienie o którym mowa w niniejszym § umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy”
 - Par. 18. Zamawiający dodaje zapis: uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy
5. do umowy powierzenia: § 2, Zamawiający po ust. 4) dodaje ust. 5) o treści:"

dalsze powierzenie przez Wykonawcę innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy lub związanych z grupą Wykonawcy czynności przetwarzania danych osobowych może nastąpić wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki określone w poniższych ustępach"

- Par. 3 ust. 7; **Zamawiający zmienia zapis na:** „Podmiot Przetwarzający obowiązany jest, w przypadku stwierdzenia naruszenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, do zgłoszenia tego faktu Administratorowi, niezwłocznie, nie później niż do 24 h w dni robocze od momentu stwierdzenia naruszenia.”
- Par. 5, Zamawiający po p-kcie 7 dodaje pkt. 8 o treści: „Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy”



- Oraz pkt. 9 o treści: „Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy”
- Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie terminu składania ofert, tj. należy rozumieć:
02.12.2021 r. godz. 12:00;
- 6. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć:
02.12.2021 r. godz. 12:15.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

Załącznik:

Zmodyf. załącznik nr 9,10

Zmodyf. Pakiet nr 2

Zmodyf. Parametry graniczne półautomatycznego analizatora do analizy moczu

Sporządziła: Bernadeta Kurp z KP

DYREKTOR

Karol Mońko

