



Pleszewskie Centrum Medyczne  
w Pleszewie  
Sp. z o.o.



Szpital  
Akredytowany

Pleszew, dn. 13.02.2023 r.

Znak sprawy: Te 2300-01/2023

## Do Wszystkich Zainteresowanych

Dotyczy: Dostawa kardiowerterów-defibrylatorów oraz stymulatorów serca

Do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

### Pytanie 1

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów z „... od daty otrzymania reklamacji wraz z reklamowanym towarem” na „... od dnia uznania reklamacji”

**Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.**

### Pytanie 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1-3:

W przypadku nie dostarczania towaru w terminie określonym w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie

W przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym § 4 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto reklamowanego towaru, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanego towaru.

**Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.**

### Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust3)

**Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie 4

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź: Tak,- Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie 5

Dot. pakietu nr 8 poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie również introducerów z koszulką o długości 16 cm oraz przewodnikiem drutowym 0,038 o długości 50 cm? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 6

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji nr 3 w zakresie podpunktu 48, dopuści urządzenie z czasem ładowania kondensatorów 12,3 s co nieznacznie różni się od wymagań technicznych?

**Odpowiedź: Tak,- Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie 7

do pakietu 8

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie introducerów peel away (z rozrywalną koszulką) o następujących parametrach: Introduktory do łatwego umieszczania elektrod do stymulacji lub cewników przez żyłę podobojczykową z blokadą koszulka-rozszerzacz (dylator). Po wprowadzeniu koszulka może zostać wyciągnięta i rozerwana na dwie części. Sterylne i dostępne w różnych rozmiarach. Rozmiar oznaczony jest na uchwycie, który posiada również oznaczenie kolorystyczne.

Zestaw zawiera:

1. Introduktor o długości 13,5cm składający się z rozszerzacza (dylatora) wykonanego z HDPE (z dodatkiem 15% siarczanu baru) umieszczonego w koszulce wykonanej z PTFE (z dodatkiem 9% tlenku bizmutu).
2. Prowadnik  $\varnothing 0,38$ ", długość 50 cm, zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” (promień 3 mm), wykonany ze stali nierdzewnej, z umieszczonym w środku drutem zabezpieczającym. Prowadnik umieszczony jest w osłonie z tworzywa sztucznego z elementem prostującym do umieszczenia końcówki „J” w igle.
3. Iгла introduktora, rozmiar 18 G, długość 7 cm.
4. Strzykawka, pojemność 10 ml.
5. dostępne 6-12 F

**Odpowiedź: Nie, – Zamawiający nie dopuszcza.**

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
PCM w Pleszewie Sp. z o.o.

*Blazej Górczyński*