

Jarocin, 17.09.2023 r.

INFORMACJA

Dotyczy :

Postępowanie na „Dostawy obłożeń operacyjnych” 10/2024.

Działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień treści SWZ oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

A.

Pakiet 1, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści etykietę główną na której znajduje się : nazwa wyrobu, skład zestawu, dodatkowa informacja, indeks wyrobu oraz 4 naklejek TAG na których znajduje się: indeks wyrobu, numer lot, data ważności, informacja producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80cm x145 cm, wykonana z folii PE oraz włókninowej warstwy chłonnej, złożona teleskopowo
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm, wykonana z folii PE oraz włókninowej warstwy chłonnej

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², chłonności warstwy zewnętrznej 304%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80cm x145 cm, wykonana z folii PE oraz włókninowej warstwy chłonnej, złożona teleskopowo
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm, wykonana z folii PE oraz włókninowej warstwy chłonnej

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², chłonności warstwy zewnętrznej 304%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8 cm x 85 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, wykonana z włókniny typu spunlance
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm, wykonana z folii PE oraz włókninowej warstwy chłonnej, złożona teleskopowo
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm, wykonana z folii PE oraz włókninowej warstwy chłonnej
- Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, chłonności wzmocnienia min. 680% ?
- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, chłonności wzmocnienia min. 680%.
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, wykonane z włókniny typu spunlance
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm, wykonana z folii PE oraz włókninowej warstwy chłonnej, złożona teleskopowo
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm, wykonana z folii PE oraz włókninowej warstwy chłonnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE oraz włókninowej warstwy chłonnej, złożona teleskopowo

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z folii PE oraz włókninowej warstwy chłonnej

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 6, 7, 11

Czy Zamawiający dopuszcza próbki niesterylne?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuszcza igły oraz strzykawkę bez opakowania jednostkowego (twardego blistra)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw ze zgrzewem prostym bez wycięcia na kciuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuszcza torebkę foliowo-papierową ze zgrzewem prostym, bez wycięcia na kciuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 8, 9

Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie gramatury kartę techniczną wystawioną przez producenta?
Odpowiedź: Tak.

Pakiet 1, pozycja 8, 9
Czy Zamawiający dopuści mankiet o długości 7,5cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 1, pozycja 8, 9
Czy Zamawiający dopuści szwy ultradźwiękowe, 3 ścieżkowe ciągłe?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 1, pozycja 8, 9
Czy Zamawiający dopuści troki o szerokości 1,5cm, zewnętrzne 75cm i 50cm, wewnętrzne 45cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 1, pozycja 8, 9
Czy Zamawiający dopuści zapięcie przy szyi na rzep o szerokości 3cm i długości 13cm i 7cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 1, pozycja 8, 9
Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących długościach: M – 124cm, L – 128cm, XL – 138cm, XXL - 157cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 1, pozycja 8, 9
Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm, włókniny typu spunlance?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 1, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość na rozciąganie na sucho 45,35N CD / 83,17N MD, log 10 2,2, odporności na przenikanie cieczy 35cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho 80,60kpa, paroprzepuszczalności 4389 g/m²/24h?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 8, 9
Czy Zamawiający dopuści owinięcie w serwetę włókninową 60x60cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 1, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie w części przedniej kończące się na wysokości 25-32cm od dolnej krawędzi fartucha, w zależności od rozmiaru fartucha, na rękawach o długości: 32cm (M), 34cm (L), 34cm (XL), 34cm (XXL), wzmocnienie umieszczone od wewnątrz?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 1, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści log 10 2,9 w strefie krytycznej, odporności na przenikanie cieczy 102cm H₂O w strefie krytycznej i 35cm H₂O w strefie mniej krytycznej, wytrzymałości na wypychanie na mokro 110,8 kpa, log 10 2,9 w strefie krytycznej?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w kolorze niebieskim. Zgodne z EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych (przenikanie bakterii na sucho maksymalnie 37 CFU zgodnie z EN ISO 22612, pylenie 1,15 log 10

zgodnie z EN ISO 9073-10, wypychanie na sucho 48 kPa zgodnie z EN ISO 13938-1 siła zrywająca 43,7N kierunek wzdluzny/66,3N kierunek poprzeczny zgodnie z EN 29073-3?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 10

Czy w miejsce opisanego kompletu Zamawiający dopuści komplet o poniższym opisie?

Bluza z krótkim rękawem wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone obszyciem. Bluza wyposażona w 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt wyposażony z przodu w zapięcie na biały nap. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 106 kPa, wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 44,3 N, czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10. Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności.

Spodnie wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Wiązane na troki w pasie. Wyposażone w 1 dużą kieszeń zapinaną na nap. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Nogawki obszyte. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 106 kPa, wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 44,3 N, czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10. Spodnie pakowane jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²:

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE oraz włókninowej warstwy chłonnej, złożona teleskopowo

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z folii PE oraz włókninowej warstwy chłonnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 12, 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną o wymiarach 200cm x 320cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza dla poz 13 .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dla poz 12 .

Pakiet 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści fartuch o wymiarach 120cm x 70cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści fartuch o wymiarach 135cm x 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 2, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo w rozmiarze 80x145cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 2, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki w rozmiarze 150x190cm wykonaną z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw który spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 106,5/89,9kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 97,8/95,5N. Odporność na penetrację płynów 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 2,01log10. Chłonność wraz ze wzmocnieniem 680% ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający wykonany z włókniny polipropylenowej 25g/m² z poliestrowym wypełnieniem o gramaturze 80g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 2, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 13795:2011.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rozmiarze 80x220cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu pakowanego a'10 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu pakowanego a'20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rozmiarze 90x200cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm z otworem o średnicy 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm lub 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wzmocnionej osłony na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonanej z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej 37g/m² w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 145 cm, o łącznej gramaturze w strefie wzmocnionej 87 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy medycznej o wymiarach 10cm x 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę o wymiarach 35cm x 120cm wyposażonej w jedną taśmę samoprzylepną o wymiarach 10cm x 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę z 2 taśmami samoprzylepnymi (jedna w zestawie z osłoną, a druga dołączona do zestawu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonanego z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowego, w kolorze zielonym, paroprzepuszczalność min 10 000 g/m²/24h, zawierającego:

- prześcieradło: 150 cm x 210 cm
- poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm
- poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 6, poz. 2,3,6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 6, poz. 4-5,7-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 6, poz. 5

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m² w kolorze granatowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 6, poz. 9-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuszcza próbki niesterylne?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 7, pozycja 1, składowa 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół instrumentariuszki stanowiącą również owinięcie zestawu, wykonaną z folii PE oraz wzmocnienia wykonanego z włókniny PP w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 1, składowa 2

Czy Zamawiający dopuszcza ręczniki o wymiarach 30 cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 1, składowa 3

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny XL o długości 138 cm oznaczony za pomocą koloru lamówki oraz pieczętki widocznej przed jego rozłożeniem, z mankietami wykonanymi z dzianiny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 7, pozycja 1, składowa 4

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo o wymiarach wzmocnienia 60 cm x 145 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 1, składowa 5

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach taśmy przylepnej +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 1, składowa 6

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu (włóknina PP oraz folii PE)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 1, składowa 11

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę z gazy 20-nitkowej 4-warstwowej o wymiarach 45 cm x 45 cm z tasiemką oraz nitką RTG, wstępnie praną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 1, składowa 12

Czy Zamawiający dopuszcza dren do ssaka CH24 dł. 300 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 7, pozycja 1, składowa 14

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę przylepną o wymiarach 150 cm x 240 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 7, pozycja 1, składowa 15

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę przylepną o wymiarach 230 cm x 260 cm z wycięciem w kształcie litery „U” o rozmiarze 20 cm x 100 cm ze wzmocnieniem wokół otworu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 7, pozycja 2, składowa 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół instrumentariuszki stanowiącą również owinięcie zestawu, wykonaną z folii PE oraz wzmocnienia wykonanego z włókniny PP w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 2, składowa 2

Czy Zamawiający dopuszcza ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 2, składowa 3

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny XL o długości 138 cm oznaczony za pomocą koloru lamówki oraz pieczętki widocznej przed jego rozłożeniem, z mankietami wykonanymi z dzianiny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 7, pozycja 2, składowa 3

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny XXL o długości 157 cm oznaczony za pomocą koloru lamówki oraz pieczętki widocznej przed jego rozłożeniem, z mankietami wykonanymi z dzianiny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 2, składowa 4

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo ze wzmocnieniem o wymiarach 60 cm x 145 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 2, składowa 5

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach taśmy samoprzylepnej +/- 1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 2, składowa 6

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę o wymiarach 30 cm x 80 cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu (włóknina PP oraz folia PE)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 2, składowa 11

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę z gazy 20-nitkowej, 4-warstwowej o wymiarach 45 cm x 45 cm z nitką RTG oraz tasiemką, po wstępny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 2, składowa 14

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 230 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm, wykonaną z dwuwarstwowego laminatu ze wzmocnieniem, o gramaturze łącznej 140g/m², wraz z zintegrowanymi organizatorami przewodów, z pozostałymi parametrami zgodnymi z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 3, składowa 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół instrumentariuszki stanowiącą również owinięcie zestawu, wykonaną z folii PE oraz wzmocnienia wykonanego z włókniny PP w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 3, składowa 2

Czy Zamawiający dopuszcza ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 3, składowa 3

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny XL o długości 138 cm oznaczony za pomocą koloru lamówki oraz pieczętki widocznej przed jego rozłożeniem, z mankietami wykonanymi z dzianiny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 7, pozycja 3, składowa 3

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny XXL o długości 157 cm oznaczony za pomocą koloru lamówki oraz pieczętki widocznej przed jego rozłożeniem, z mankietami wykonanymi z dzianiny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 3, składowa 4

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół Mayo ze wzmocnieniem o wymiarach 60 cm x 145 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 3, składowa 5

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach taśmy lepnej +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 3, składowa 9

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę z gazy 20-nitkowej, 4-warstwowej o wymiarach 45 cm x 45 cm, z tasiemką oraz nitką RTG, wstępnie praną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 3, składowa 10

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę chłonną do owinięcia noworodka o wymiarach 80 cm x 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 3, składowa 11

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 180/240 cm x 215 cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu ze wzmocnieniem, z otworem o średnicy 23,5 cm x 23,5 cm x 22,5 cm x 33 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów wyposażonym w sztywne oraz zawór drenażowy z łatą chłonną wokół otworu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 7, pozycja 5, składowa 2

Czy Zamawiający dopuszcza ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 5, składowa 4

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny o długości 157 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 5, składowa 6

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach taśmy samoprzylepnej +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 5, składowa 7

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń smaoprzylepną, foliową o wymiarach 30 cm x 40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 5, składowa 8

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę przylepną 2-warstwową o wymiarach 75 cm x 90 cm z zintegrowanymi organizerami przewodów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 5, składowa 9

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę przylepną 2-warstwową o wymiarach 180 cm x 180 cm z zintegrowanymi organizerami przewodów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 5, składowa 10

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę przylepną 2-warstwową o wymiarach 150 cm x 240 cm z zintegrowanymi organizerami przewodów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

B.

Pytania do SWZ

Pakiet 4, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwet w rozmiarze 50x60cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwet z otworem o średnicy 7 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwet z otworem o średnicy 7 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie taśmy w rozmiarze 10x50cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, poz. 10


Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie osłony w rozmiarze 35x125cm z taśmą na jednym boku lub osłony 35x120cm z oddzielną taśmą lepną w rozmiarze 10x50cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 8, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu do operacji biodra o składzie i parametrach:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.



- 1 x czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm,
- 1 x serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm
- 1 x kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,
- 1 x nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 x nieprzylepna serweta 75x90cm,

- 1 x serweta przylepna 180x300cm, przylepiec na dłuższym boku
- 1 x osłona na kończyne 35x120cm,
- 2 x włókninowych taśm samoprzylepnych 9x50cm,
- 4 x ręczniki celulozowe wzmacniane nitką 30x40cm


Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego PP+PE 62 g/m² + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa Spunlace 70 g/m²

Serwety chirurgiczne Laminat dwuwarstwowy PP+PE 62 g/m²

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 8, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu do artroskopii kolana o składzie i parametrach:



- 1 x niebieska osłona na stół Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm
- 1 x serweta główna o wymiarach 200x320cm posiadająca elastometryczny, samouszczelniający otwór na nogę $\varnothing 7$, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”) do mocowania przewodów i drenów
- 1 x nieprzylepna serweta pod kończyne 150x150cm,
- 1 x osłona na kończyne 35x80cm,
- 2 x włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 x ręczniki celulozowe wzmacniane nitką 30x40cm

Serweta główna Laminat dwuwarstwowy PP+PE 62 g/m²

Odporność na przenikanie cieczy min. 240,7cm H₂O

Wytrzymałość na rozerwanie (na sucho)/(na mokro) min. 344,8 kPa / 206,9 kPa

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

D

Pakiet nr 5 poz. 1

Proszę o dopuszczenie pościeli o następujących wymiarach: prześcieradło 150x200cm, poszwa na kołdrę 150x200cm, poszewka na poduszkę 80x75cm

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 6 poz. 1

Proszę o dopuszczenie masek typu II o poziomie filtracji bakterii BFE 98,2%-98,9%, ciśnieniu różnicowym 37,2 Pa-39,7Pa/cm² oraz czystości mikrobiologicznej: 4,1-27,6jtk/g. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 6 poz. 2

Proszę o dopuszczenie czepków w kształcie beretu tylko w kolorze niebieskim. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet nr 6 poz. 3

Proszę o dopuszczenie czepków w kształcie furażerki zgodnej z opisem:

- Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki
- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym
- Łatwo dopasowuje się do rozmiaru głowy
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 6 poz. 4

Proszę o dopuszczenie koszul dla pacjenta wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 30g.

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 6 poz. 4

Proszę o dopuszczenie koszul dla pacjenta w rozmiarach XL (117 x 154 cm) oraz 2XL (120 x 160 cm)

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 6 poz. 6

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy na buty z wytrzymałą pojedynczą gumką.

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 6 poz. 6

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy na buty o grubości 35 mikronów.

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 6 poz. 7-10

Proszę o dopuszczenie fartuchy w kolorze niebieskim.

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 6 poz. 7-8,10

Proszę o dopuszczenie fartuchów w rozmiarze XL o długości 125cm i szerokości 145cm

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 6 poz. 7-10

1. Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, **Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?**

Odpowiedź: Tak.

2. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętych stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, **prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?**

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zaoferowania wyrobu medycznego

3. Jeżeli Zamawiający **nie** oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to **czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?**

Odpowiedź: Tak. Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I

4. Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

Odpowiedź: Wskazane fartuchy stosowane będą przez personel medyczny oraz osoby odwiedzające chorych jako ŚOI np. w celu zapobiegania chorobom poprzez ochronę przez zanieczyszczeniami fizycznymi, jak na przykład: płynami pochodzącymi z ciała, lekarstwami, chemikaliami, wodą używaną do mycia pacjentów, i innymi płynami i zanieczyszczeniami.

E

Pakiet nr 4 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

F

Pakiet 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta 50 cm x 60 cm z przylepcem wykonana jest z dwuwarstwowego laminatu, gramatura 55g/m² odporność na przenikanie cieczy 309,8 cm H₂O?

Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4 poz. 1,2,4,5,6,7

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 55g/m²?

Reszta parametrów zgodna z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jałową serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80cm x 145cm, wykonaną z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, o masie włókniny 30g/m² i grubości folii 50 µm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

G

Pakiet 2, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie obłożenia na stolik Mayo w kolorze niebieskim.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Obecny opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymogów.

Prosimy o dopuszczenie niesterylnych próbek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

.....



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE