



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 38/11/2020

Chrzanów, 17.11.2020 r.

## Wykonawcy

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na "Dostawa myjni- dezynfektora dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie" - przetarg nr 104/2020.**

1. Dotyczy p. 1.4 - Ponieważ w myjniach-dezynfektorach stosuje się zazwyczaj tace narzędziowe zgodne ze standardem DIN, które mają wymiary 480x250x50mm prosimy o dopuszczenie do oceny myjni pozwalającej na mycie i dezynfekcje do 18 tac zgodnych z 1/1 DIN


**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

2. Dotyczy p. 1.12 - Ponieważ różni producenci myjni-dezynfektorów w różny sposób rozwiązują system przyłączy myjąco-suszących do wózka wsadowego prosimy o dopuszczenie innych rozwiązań niż tylko opisane w p. 1.12 SIWZ dwa przyłącza umieszczone po przeciwnych stronach komory. Takie rozwiązanie jest charakterystyczne dla urządzeń jednego z producentów i wymaganie takiego rozwiązania umożliwia złożenie oferty tylko i wyłącznie na urządzenia tego producenta, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu urządzenia. Dodatkowo każde przyłącze wózek-myjnia powoduje straty ciśnienia, a co za tym idzie zmniejszenie skuteczności mycia i suszenia w wózku wsadowym. Oferowana przez nas myjnia wyposażona jest w pojedyncze przyłącze, co minimalizuje straty w stosunku do rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

3. Dotyczy p. 1.22 - Prosimy o odstąpienie od wymogu automatycznej archiwizacji wszystkich raportów i wykresów procesu z ostatnich min. 5 lat. W dalszej części p. 1.22 Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z myjnią dedykowanego oprogramowania do archiwizacji parametrów procesu na zewnętrznym komputerze klasy PC. Wszystkie procesy będą archiwizowane na komputerze, więc wymóg archiwizacji wszystkich raportów i wykresów procesu z ostatnich min. 5 lat nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego. Stawianie takiego wymogu wskazuje na konkretne rozwiązania jednego z producentów, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu urządzenia.

**Odp.: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

4. Dotyczy p. 1.27 - Prosimy o odstąpienie od punktacji szerokości wydruku opisanej w p. 1.27. Zgodnie z wymogami p. 1.22 Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z myjnią dedykowanego oprogramowania do archiwizacji parametrów procesu na zewnętrznym komputerze klasy PC, gdzie możliwy jest wydruk o dowolnej szerokości. W takim wypadku punktowanie szerokości wydruku na wbudowanej drukarce nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego.

**Odp.: Punktacja bez zmian.**

5. Dotyczy p.1.35 - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyposażona w minimum dwustopniowy system filtracji powietrza używanego do suszenia, w którym ostatni stopień jest filtrem absolutnym HEPA klasy min. H14

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

6. Dotyczy p.1. 37 - W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące p. 1.12 prosimy o wykreślenie z p. 1.37 części mówiącej o przyłączach wózka z dwóch stron komory jako nie mającej zastosowania.






**Odp.: Nie dotyczy.**

7. Dotyczy p. 1.43 - Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc o możliwości doposażenia w minimum 12 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym? Czy chodzi o możliwość zastosowania w koszu wsadu do narzędzi laparoskopowych? Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z myjnią takiego wsadu czy też tylko by koszt umożliwił zastosowania takiego rozwiązania?

**Odp.: Wózek załadowczy ma posiadać możliwość rozbudowy o elementy do podłączenia „minimum 12 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym”.**

8. Dotyczy p. 1.44 - Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc o możliwości doposażenia w minimum 12 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym? Czy chodzi o możliwość zastosowania w koszu wsadu do narzędzi laparoskopowych? Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z myjnią takiego wsadu czy też tylko by koszt umożliwił zastosowania takiego rozwiązania?

**Odp.: Wózek załadowczy ma posiadać możliwość rozbudowy o elementy do podłączenia „minimum 12 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym”.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

Pytania dotyczące warunków serwisu gwarancyjnego dla oferowanych urządzeń

9. Dotyczy p. 2 - Prosimy o odstąpienie od punktacji ilości autoryzowanych etatowych pracowników. Z punktu widzenia Zamawiającego nie jest istotne ilu pracowników zatrudnia oferent. Zgodnie z p. 6 oferenci deklarują czas reakcji serwisowej i to jest element decydujący. To czy Oferent posiada 5 czy 15 nie jest tak istotne jeśli są oni zlokalizowani np. w Suwałkach czy Świnoujściu.

**Odp.: Punktacja bez zmian.**

10. Dotyczy p. 3 - Prosimy o zmianę zapisu p. 3 na: „Posiadanie wymaganych uprawnień przez Serwisantów (w szczególności szkolenie producenta i uprawnienia elektryczne)”. Zapis w obecnej formie eliminuje Oferentów, którzy korzystają z zewnętrznych autoryzowanych serwisów lub posiadają serwisantów działających w oparciu o własną działalność gospodarczą. Dodatkowo wymóg posiadania uprawnień ciśnieniowych przy myjni-dezynfektorze nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. Uprawnienia takie dotyczą urządzeń ciśnieniowych, zaś myjnia-dezynfektor nie zalicza się do tego typu urządzeń.




**Odp.: Zamawiający zmienia zapis na zaproponowany wyżej. Otrzymuje on brzmienie: „Posiadanie wymaganych uprawnień przez Serwisantów (w szczególności szkolenie producenta i uprawnienia elektryczne)”.**

**Z poważaniem**

Z-ca Dyrektora  
ds. Pielęgniarstwa i Jakości  
*(Signature)*  
mgr Aleksja Dobranowska  
**Z upoważnienia**  
Dyrektora Szpitala Powiatowego  
w Chrzanowie

Sporządziła:

*(Signature)*



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892