



Gołuchów, dnia 2024-10-22

CRR-241.20.2024

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych dla Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).

Zamawiający - Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu z siedzibą przy ul. Spacerowej 1, 63-322 Gołuchów na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Pzp, udziela następujących wyjaśnień i udostępnia treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytania.

1. Cykloergometr rowerowy – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr rowerowy o następujących parametrach:

- Zakres obciążenia od 25 do 1001 W
- Zakres obrotów od 5 do 150 obr. / min.
- Obsługa za pomocą komputera, port RS-232 / USB
- Wymiary 1140x535x1328 mm.
- Wyświetlacz / ekran kolorowy IPS, 4,3" (480x272).
- Hamowanie: hamulec magnetyczny sterowany procesorem, z kontrolą momentu obrotowego, algorytm PAR.
- Sterowanie obciążeniem tak, przez mikroprocesor
- Obciążenie niezależne od prędkości
- Dostosowanie tempa jazdy tak, indywidualnie do pacjenta
- Waga pacjenta do 201 kg
- Zasilanie zewnętrzne, zasilacz CRG 200-M24
- Tryb pracy ciągła lub ciągła z przerywanym obciążeniem
- Detekcja odpięcia elektrody INOP tak, bez udziału komputera i nadrzędnego oprogramowania
- Wbudowany moduł EKG: 12 standardowych odprowadzeń (tryb: diagnostyka), 2 odprowadzenia (tryb: trening), filtracja cyfrowa zakłóceń mięśniowych: brak, 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz; filtracja cyfrowa zakłóceń sieciowych: brak, 50 Hz, 60 Hz; filtracja cyfrowa, filtr izolacji: brak, 0,25 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz; odporność na defibrylację typu CF; zakres częstotliwości 0,05-150 Hz (przy wyłączonych filtrach) wg EN 60601-2-25; zakres pomiaru HR 25-300 bpm; zakres sygnału EKG, 10 mVp-p;
- Standardowe wyposażenie: elektrody jednorazowe (50 szt.), instrukcja użytkownika, kabel do transmisji danych, kabel pacjenta KEKG 51 (system wysiłkowy), kabel pacjenta KEKG 52 (rehabilitacja kardiologiczna), kabel sieciowy, pasta abrazyjna, zasilacz sieciowy?

2. Urządzenie do podgrzewania i mieszania masy parafinowej – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie równoważne, spełniające wymagania specyfikacji, lecz nie posiadające pilota umożliwiającego zdalne sterowanie (sterowanie przy pomocy elektronicznego panelu sterowania z cyfrowym wyświetlaczem), bez okresowego wymuszonego mieszania masy?

3. Kolumna do ćwiczeń funkcjonalnych – 2 komplety

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie równoważne, spełniające zapisy specyfikacji, posiadające dwa bloczki z regulacją wysokości, gdzie maksymalne obciążenie na jeden bloczek to 24 kg (w sumie 2x 24 kg), regulowane co 100 g?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuści zaproponowane urządzenia pod warunkiem spełniania wymaganych parametrów opisanych w SWZ. Zamówienie nie jest podzielone na części.

Z poważaniem

Dyrektor
Centrum Rehabilitacji Rolników
KRUS w Jedlcu
(-)
mgr Waldemar Dzięcioł