

Gryfino, dnia 2 listopada 2021r.

RI.272.2.6.2021.SD

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie” w podziale na pięć części zamówienia.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przekazujemy poniżej odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 26.10.2021r. w związku z przedmiotowym postępowaniem i wprowadza poniższe zmiany SWZ:

Dotyczy Część I zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia bloku operacyjnego - Załącznik nr 1 a do formularza ofertowego Pozycja 7. Aparat USG dla bloku operacyjnego.

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny dedykowany dla potrzeb bloku operacyjnego wyposażony w podstawę jezdnią na 4 kołach z możliwością blokady każdego z nich oraz mechaniczną regulacją wysokości w zakresie 0-280 mm? Proponowany przez nas aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy na podstawie jezdnej o proponowanych przez nas parametrach jest używany z powodzeniem na wielu blokach operacyjnych w szpitalach na terenie całej Polski i świata.

ODPOWIEDŹ 1

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający będzie wymagał wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego wyposażonego w minimum 3 aktywnych portów głowic wbudowanych bezpośrednio w jednostkę główną aparatu?

ODPOWIEDŹ 2

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

PYTANIE 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny bez możliwości regulacji wzmocnienia LGC? Jest to funkcja niezwykle rzadko używana podczas procedur na bloku operacyjnym.

ODPOWIEDŹ 3

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

PYTANIE 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę convex niewyposażoną w przyciski pozwalające na sterowanie niektórymi funkcjami aparatu? W zamian oferujemy wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny wyposażony w możliwość głosowego sterowania niektórymi funkcjami aparatu.

ODPOWIEDŹ 4

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

PYTANIE 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę typu convex do badań jamy brzusznej wyposażony w 128 kryształów piezoelektrycznych? W przypadku wysokiej klasy aparatów ważniejsza dla jakości obrazowania jest technologia wykonania głowicy

ultrasonograficznej a nie ilość kryształów. Proponowana przez nas głowica ultrasonograficzna jest z powodzeniem wykorzystywana w wysokiej klasy aparatach ultrasonograficznych na wielu blokach operacyjnych w Polsce i na świecie.

ODPOWIEDŹ 5

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

PYTANIE 6

Czy Zamawiający będzie wymagał wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego wyposażonego w minimum 3 aktywnych portów głowic wbudowanych bezpośrednio w jednostkę główną aparatu?

ODPOWIEDŹ 6

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

PYTANIE 7

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowy aparatu o możliwość przyłączenia głowicy przezprzełykowej? Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową w oferowanym przez nas wysokiej klasy aparacie nie wpływa na cenę urządzenia a zdecydowania poprawia jego funkcjonalność.

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający określił wymogi związane z rozbudową w SWZ.

PYTANIE 8

dot. pkt 89 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny dedykowany do użytku na bloku operacyjnym nieposiadający możliwości sortowania badań, oznaczania jako przeczytane/nieprzeczytane, komentarzy do zdjęć? Wyżej wymieniona opcja jest pożądana w aparatach premium używanych w pracowniach ultrasonograficznych. W przypadku aparatu wysokiej klasy używanego na bloku operacyjnym powyższy parametr nie wpływa na funkcjonalność aparatu.

ODPOWIEDŹ 8

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

PYTANIE 9

dot. pkt. 93 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny nieposiadający możliwości konfiguracji własnego paska narzędzi? W zamian chcemy zaoferować wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny dedykowany do pracy na bloku operacyjnym posiadający narzędzia używane za pomocą gestów, niewymagające od użytkownika konfiguracji paska narzędziowego, nie zabierając przy tym dodatkowego miejsca na ekranie.

ODPOWIEDŹ 9

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

PYTANIE 10

dot. pkt. 52 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny dedykowany do użytku na bloku operacyjnym bez możliwości instalacji adaptera łączności sieciowej typu 3G? Powyższa funkcjonalność łączy się z dodatkowymi kosztami naliczanymi przez operatora sieci. W zamian oferujemy aparat z możliwością podłączenia do sieci WiFi.

ODPOWIEDŹ 10

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie alternatywne

PYTANIE 11

Dot. pkt 59 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny dedykowany do użytku na bloku operacyjnym z głowicą liniową z zakresem częstotliwości pracy 3-11 MHz przystosowaną do oprogramowania do prowadzenia igły biopsyjnej wymaganego przez Zamawiającego? Oferowana przez nas głowica jest z powodzeniem wykorzystywana w wysokiej klasy aparatach ultrasonograficznych na wielu blokach operacyjnych w Polsce i na świecie.

ODPOWIEDŹ 11

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

PYTANIE 12

dot. pkt 43 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny dedykowany do użytku na bloku operacyjnym z regulacją mapy szarości 1-8? Oferowany przez nas aparat wysokiej klasy posiada dedykowane presety, które pozwalają na pokazanie optymalnego i wymaganego przez operatora aparatu obrazu bez konieczności zmian map szarości aż w takim zakresie jak wymagany przez Zamawiającego. Wysokiej klasy aparaty ultrasonograficzne wykorzystywane na bloku operacyjnym powinny zapewnić użytkownikowi najwyższy komfort obsługi przez brak konieczności zmian tak specyficznych parametrów obrazu jak min. regulacja map szarości.

ODPOWIEDŹ 12

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

PYTANIE 12

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Części 1. Zamówienia Pozycji 7. - Aparat USG dla bloku operacyjnego - do osobnego pakietu. W przypadku braku takiej możliwości czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych w ramach Części 1. Połączenie wszystkich urządzeń wyposażenia bloku operacyjnego w jedno zadanie powoduje brak konkurencji oraz uniemożliwia złożenie oferty autoryzowanym dystrybutorom aparatów USG dedykowanym do oddziałów POC i blokom operacyjnym. Takie rozwiązanie umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawców, a tym samym przyczyni się do dokonania korzystniejszego wyboru przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 12

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.