



wielkopolskie centrum onkologii

Poznań, dnia 17.09.2024

EZ/75/2024/646

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Dotyczy: 75/2024 Zakup i dostawa sprzętu medycznego niesterylnego.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.), udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1 przyrządu do ćwiczeń oddechowych o pojemności 4000-4500 ml; pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

ODPOWIEDŹ Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie **Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do ćwiczeń oddechowych o parametrach:

- Prowadzi do poszerzenia pęcherzyków płucnych i zwiększenia przepływu dróg oddechowych
- Urządzenie dokonuje pomiaru za pomocą trzech komór, na których przedziałki ukazują trzy różne wartości - 600, 900 oraz 1200cm³
- Posiada 3 kulki kodowane kolorystycznie
- Wskazane objętości obrazują objętość wdychanego powietrza na sekundę
- Posiada ustnik, rurkę oraz filtr
- Jednorazowego użytku



ODPOWIEDŹ Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie **Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z zastawką Twist&lock (zakręć i zamknij) umożliwiającą bezpieczne zamknięcie worka po użyciu i zapobiegającą wydostaniu się zapachu i treści?

ODPOWIEDŹ Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie **Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny ze skalowaniem od 100ml do 1500ml?

ODPOWIEDŹ Zamawiający wyraża zgodę

Z-ca Kierownika Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Ewa Dąbrowska

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

Pytanie **Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści dren z balonowymi wypukleniami co 80cm?

ODPOWIEDŹ Tak, Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów

Pytanie **Pakiet 2, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści worki z dokładną skalą pomiarową (do 100ml co 10ml i od 100ml do 1000ml co 50ml) umieszczoną na worku?

ODPOWIEDŹ Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie **Pakiet 3, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'300 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ Tak, Zamawiający dopuszcza


Pytanie **Pakiet 5, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'800 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 1 Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 1 Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przyrząd do ćwiczeń oddechowych posiadał dodatkową komorę z widocznym wskaźnikiem przepływu oraz oznaczeniem w postaci piktogramów do uproszczonego monitorowania utrzymywania minimalnego, prawidłowego i maksymalnego przepływu oddechu ustawionego w komorze objętościowej o pojemności 4 000 ml z dokładnym oznaczeniem co 250 ml. Jak na poniżej przedstawionej ilustracji.

Bez portu do podawania tlenu.



ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przyrząd do ćwiczeń oddechowych posiadał dodatkową komorę z widocznym wskaźnikiem przepływu oraz oznaczeniem w postaci piktogramów do uproszczonego monitorowania utrzymywania minimalnego, prawidłowego i maksymalnego przepływu oddechu ustawionego w komorze objętościowej o pojemności 4 000 ml z dokładnym oznaczeniem co 250 ml. Bez portu do podawania tlenu.

Z poważaniem,

Z-ca Kierownika Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Ewa Dąbrowska

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider