



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH  
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO  
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04  
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



AZ.26.206.2023

Warszawa, dnia 13.02.2023 r.

**Dot. Zapytania ofertowego nr 4/23 „Usługi w zakresie badań i pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego urządzeń znajdujących się w ZLO należących do SZPZLO Warszawa Praga Południe wraz z wyznaczeniem i oznakowaniem stref ochronnych, w okresie 24 miesięcy”**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

**Pytanie nr 1**

Dzień dobry Zamawiający w wykazie urządzeń emitujących PEM, w poz. 5 i 8 Magnetus 2 napisał, że odstępuje od dalszych badań. Natomiast w formularzu asortymentowo-cenowym są uwzględnione te urządzenia. Czy należy oferować wykonanie pomiarów dla tych urządzeń?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dane zawarte w kolumnie „*data ostatnich pomiarów/ laboratorium wykonujące pomiary - wynik/ data następnego badania*” Załącznika nr 3 do Zapytania – Wykazie urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne dotyczą badań archiwalnych.

Zamawiający wymaga wykonania badań i pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego wszystkich urządzeń wskazanych w Załączniku nr 2 do Zapytania – Formularzu asortymentowo-cenowym.

Zatwierdził:  
Dyrektor SZPZLO Warszawa  
Praga Południe  
Ewa Łagodźka  
w dniu 14.02.2023 r.