



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50
e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>

Nr sprawy:
ZP/14/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę ubrań jednorazowego użytku, masek chirurgicznych

Elbląg, dnia 18.05.2020r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania na dostawę ubrań jednorazowego użytku, masek chirurgicznych, Nr sprawy **ZP/14/2020**, Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły pytania od Wykonawcy o poniższej treści:

Pytanie 1 – dot. Pakietu nr 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie prześcieradła transportowego w rozmiarze 101x203 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 – dot. Pakietu nr 7

Dot. załącznik nr 1.7 poz. 1 Czy Zamawiający, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, wymaga zaoferowania prześcieradła do transportu posiadającego badania oraz stosowną dokumentację dotyczące wytrzymałości na rozdzieranie zgodnie z metodą ASTM D5733?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 – dot. Pakietu nr 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści następujące fartuchy:

Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS o gramatura 35 g/m²– odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 49,5 cm H₂O; szwy fartucha powinny być w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 2x13cm i 2x5cm mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Odporność na wypychanie (wg EN ISO 13938-1) na sucho/ mokro odpowiednio: 143/121 kPa Odporność na rozciąganie (wg EN ISO 29073-3) na sucho/ mokro wzdłużnie: 78/82 N. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 115 cm- S/ M, 125 cm- L, 140 cm- XL Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 – dot. Pakietu nr 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści następujące fartuchy:

Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS o gramaturze min 35 g/m², wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 40 g/m² i na rękawach min. 40 g/m², – odporność na przenikanie cieczy (wg EN ISO 20811) przód: 204 cm H₂O oraz 204 cm H₂O rękawy. Wzmocnienie na rękawach przyklejone na całym obwodzie rękawa (nie punktowo). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzepy nie mniejsze niż, 2x13cm i 2x5cm mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Odporność na wypychanie (wg EN ISO 13938-1) na sucho/ mokro (część przednia, strefa krytyczna) odpowiednio: 98/98kPa; na rękawach w strefie krytycznej na sucho/ mokro odpowiednio: 98/98kPa. Odporność na rozciąganie (wg EN ISO 29073-3) na sucho/ mokro wzdłużnie: 144/152N. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie.

Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 115 cm- S/ M, 125 cm- L, 140cm- XL. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5 – dot. Pakietu nr 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści następujące fartuchy:

Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SPUNLACE 68 g/m²– odporność na przenikanie cieczy (wg EN ISO 20811) na całej powierzchni min 23 cm H₂O. Odporność na wypychanie (wg EN ISO 13938-1) na sucho min. 398kPa; odporność na rozciąganie (wg EN ISO 29073-3) na sucho wzdłużnie: 126N. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 2x13cm i 2x5cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z papieru krepowanego z ręczniczkami z włókniny kompresowej min. 2 ręczniki wysokochłonne o wymiarach 20 x 40 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość i szerokość:

Rozmiar	M	L	XL	XXL
długość	130 cm	140 cm	150 cm	165 cm



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50
e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>

Nr sprawy:
ZP/14/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę ubrań jednorazowego użytku, masek chirurgicznych

szerokość - dół fartucha (w rozłożeniu)	150 cm	150 cm	160 cm	160 cm
---	--------	--------	--------	--------

Sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5 – dot. treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6 – dot. treści umowy

Zważywszy na treść § 1 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający podane ilości określił na podstawie dotychczasowego zużycia i w takich ilościach zamierza zrealizować zamawiany asortyment. Poprzednia umowa została zrealizowana w ok. 93%. Jednakże Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć zdarzeń i faktycznego zużycia w przyszłości.

Pytanie 7 – dot. treści umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

DYREKTOR
SZPITALA MIEJSKIEGO
św. Jana Pawła II w Elblągu
lek. Mirosław Gorbaczewski