

Nr sprawy **37/2024/TP**

Bydgoszcz, dnia 25.09.2024 r.

strona internetowa prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ZMIANA TREŚCI SWZ I OGŁOSZENIA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

DOSTAWY RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm. – dalej „ustawa Pzp”*) w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

dotyczy części nr 2 pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego: Rękawice chirurgiczne – chirurgia ogólna:

- powierzchnia gładka z wykończeniem z mikro teksturą
- grubość typowa na palcu 0,22mm+/- 0,02mm grubość typowa na dłoni 0,20mm+/- 0,02mm grubość typowa na mankiecie 0,20mm+/- 0,02mm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy części nr 2 pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego: Rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii

- grubości typowej 0,20mm+/- 0,02mm grubość typowa na dłoni 0,18mm+/- 0,02mm grubość typowa na mankiecie 0,16mm+/- 0,02mm długość typowa 290mm
- powierzchnia gładka z wykończeniem z mikro teksturą

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy części nr 2 pozycja nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego: Rękawice chirurgiczne, neoprenowe bez pudrowe

- grubość rękawicy (typowa) 0,19+/-0,02mm na palcu 0,18mm+/-0,02 na dłoni , 0,15mm+/-0,02 na mankiecie
- zewnętrzna powierzchnia gładka z wykończeniem z mikro teksturą

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dotyczy części nr 2 pozycja nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego: Rękawice chirurgiczno-ortopedyczne

- wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem (typowa siła przy rozdarciu) min. 27N , wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu (typowa siła przy rozdarciu) min. 21N.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dotyczy części nr 3 pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o typowej grubości 0,185 mm na palcu, 0,175 mm na dłoni, 0,16 mm na mankiecie. Długość (minimalna) 295 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 13,1 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu 15,5 N. Wydłużenie przy rozdarciu przed starzeniem 940 %, po starzeniu 865 % (wartości średnie).

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

dotyczy Części 1 poz. 1,

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie:

- a) rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, gładkie z dodatkową teksturą na końcach palców, bezpudrowe wewnętrznie chlorowane (bez warstwy polimerowej). Proces chlorowania przeprowadza się w celu usunięcia z powierzchni rękawic resztkowych substancji chemicznych użytych w procesie produkcji. Rękawice chlorowane są „czystsze” i wywołują mniej podrażnień skórnych. Proces polimeryzacji rękawic stosuje przy mniejszej liczba procesów płukania, czyli oczyszczania rękawic z zawartości substancji resztkowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rękawice bez warstwy polimerowej.

- b) rękawice, spełniające wymogi Zamawiającego w zakresie odporności na przenikanie alkoholi stosowanych dezynfekcji oraz leków cytostatycznych, natomiast bez wskazywania listy substancji na opakowaniu. Informacja dotycząca wszystkich substancji dostępna jest za pośrednictwem zamieszczonego na opakowaniu QR kodu. Dodatkowo odporność rękawic na wymagane substancje zostanie potwierdzona wynikami z badań z jednostki niezależnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza informacje dotyczące wszystkich substancji (tj. odporność na alkohole, substancje chemiczne, cytostatyki) ,które są dostępne za pośrednictwem zamieszczonego na opakowaniu QR kodu.

Pytanie nr 7

SWZ rozdz. VII Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, punkt 1.2) dla części 1 zamówienia 1)

Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie spełnienia normy ASTM F1671 przedstawienie raportu z badań wykonanych w niezależnym laboratorium?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza przedstawienie raportu z badań wykonanych w niezależnym laboratorium.

Pytanie nr 8

SWZ rozdz. VII Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, punkt 1.2) dla części 1 zamówienia 2)



Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie przenikalności substancji chemicznych, wirusów oraz minimum 6 leków cytostatycznych przedstawienie raportów z badań wykonanych w niezależnym laboratorium?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza na potwierdzenie przenikalności substancji chemicznych, wirusów oraz minimum 6 leków cytostatycznych przedstawienie raportów z badań wykonanych w niezależnym laboratorium.

Pytanie nr 9

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z EN ISO 21420 z oznaczeniem na opakowaniu - słownym: zgodne z EN ISO 21420?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rękawice zgodne z EN ISO 21420 z oznaczeniem na opakowaniu - słownym: zgodne z EN ISO 21420

Pytanie nr 11

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie minimum dwóch alkoholi stosowanych w środkach dezynfekcyjnych - jeden o zawartości 70% na poziomie 2, a drugi o zawartości 10% na poziomie 6?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rękawice odporne na przenikanie minimum dwóch alkoholi stosowanych w środkach dezynfekcyjnych - jeden o zawartości 70% na poziomie 2, a drugi o zawartości 10% na poziomie 6.

Pytanie nr 12

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia na opakowaniu odporności na alkohole?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający odstępuje od wymogu umieszczania na opakowaniu informacji o odporności na alkohole. (Zmiana treści w Formularzu cenowym - załącznik nr 2.1 do SWZ)

Pytanie nr 13

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimerowane i wewnątrznie chlorowane?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rękawice obustronnie polimerowane i wewnątrznie chlorowane.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i ust 3 ustawy Pzp, dokonuje zmiany:

1) Rozdział XVIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1:

„1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia **29.10.2024 r.** od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”



- 2) Rozdział XIX MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt. 2:
„2. Termin składania ofert w postępowaniu do dnia **30.09.2024 r.** do godziny 9:00”
- 3) Rozdział XX OTWARCIE OFERT pkt. 2:
„2. Termin otwarcia ofert: **30.09.2024 r.** godzina 9:15.”
- 4) Treści w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2.1 do SWZ.

Zamawiający informuje, że w wyniku wprowadzenia zmian, załącza „**ZAMIENNY**” **Formularz cenowy z dnia 25.09.2024.** Dokument ten stanowi załącznik do niniejszego pisma i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia: **30.09.2024 r.**
godz. 09:00 – składanie ofert
godz. 09:15 – otwarcie ofert.

W związku z powyższym na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Niniejsze pismo stanowi integralną część:

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00503138/01 z dnia 17.09.2024 r.
- 3) Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00514871/01 z dnia 25.09.2024 r.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Edward Hartwich

Załącznik:

ZAMIENNY Formularz cenowy – załącznik nr 2.1 do SWZ z dnia 25.09.2024 r.

sprawę prowadzi: Magdalena Błaszek
Dział Zamówień Publicznych i Zakupów
Tel. 52 32 62 104, e-mail zamowienia-pub@wsd.org.pl



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego