

Wałbrzych, dnia 22.04.2024r.

DZPZ-530- Zp/20/PN/24

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa materiałów medycznych dla Oddziału Urologii i innych oddziałów szpitalnych” - Zp/20/PN/24

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1. Dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający w Pakiecie 12 dopuści wytrzymałość na rozerwanie suchych: <80-100%?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2. Dotyczy projektu umowy

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 6 dopisać na końcu ustęp 7 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustęp 7 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.3% wartości netto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 3. Dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający mógłby wskazać dokładnie jakie ilości próbek są wymagane do dostarczenia wraz z Ofertą?

Odp. Po jednej sztuce próbki dla pozycji nr 2,8,18,20 pakietu nr 13 zgodnie z zapisami w SWZ.

Pytanie nr 4. Dotyczy pakiet nr 9 i 10

Czy Zamawiający dopuszcza próbki niesterylne?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5. Dotyczy pakiet nr 9 składowa 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę do operacji ortopedycznych na stole wyciągowym o wymiarach 250/300 cm z pozostałymi parametrami zgodnymi z SWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6. Dotyczy pakiet nr 9 składowa 2

Czy Zamawiający dopuszcza ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7. Dotyczy pakiet nr 9 składowa 3

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń foliową o wymiarach 40 cm x 30 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8. Dotyczy pakiet nr 9 składowa 4

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach taśmy lepnej +/- 1 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9. Dotyczy pakiet nr 9 składowa 6

Czy Zamawiający dopuszcza kompres wykonany z gazy 17-nitkowej 6warstwowej o wymiarach 45 cm x 45 cm z nitką RTG oraz tasiemką?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga gazy 20-nitkowej zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 10. Dotyczy pakiet nr 9 składowa 7

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości kleszczyków +/- 1 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11. Dotyczy pakiet nr 9 składowa 13

Czy Zamawiający dopuszcza opatrunek specjalistyczny włókninowy o wymiarach 10 cm x 20 cm z wkładem chłonnym o składzie włókna naturalne, poliester oraz powleczony siateczką PE?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga opatrunek specjalistyczny z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni, nieprzepuszczalny dla bakterii i wirusów.

Pytanie nr 12. Dotyczy pakiet nr 9 składowa 16

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlace (gramatura 68g/m²) ze wzmocnieniem w okolicy przedramion oraz przodu fartucha (okolicie klatki piersiowej i brzucha) wykonanym z dwuwarstwowego laminatu tj. folia PE gram. 15g/m² oraz włókniny PP 25g/m²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuch chirurgiczny zawierający folię polietylenową 27,5µm oraz wiskozowo-poliestrową włókninę typu spunlaced 30g/m².

Pytanie nr 13. Dotyczy pakiet nr 9 składowa 17

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem 60 cm x 145 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga wzmocnioną osłonę na stół mayo 79x145cm obszar chłonny (wzmocniony) 65x85cm.

Pytanie nr 14. Dotyczy pakiet nr 9 składowa 18

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na stół narzędziowy ze wzmocnieniem 65 cm x 190 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga wym. 150x190cm, wzmocniona na całej powierzchni.

Pytanie nr 15. Dotyczy pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego w strefie mniej krytycznej o gramaturze 56g/m² oraz gramaturze w strefie krytycznej 136g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów (grubość w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy).

Pytanie nr 16. Dotyczy pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza oznaczenie za pomocą czarnej kropki zamiast ramki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga oznaczenia w czarnej ramce.

Pytanie nr 17. Dotyczy pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie zewnętrzne – karton bez oznaczenia kolorystycznego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zestaw oznaczony słownie oraz kolorystycznie.

Pytanie nr 18. Dotyczy pakiet nr 10 składowa 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę chirurgiczną do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 220/270 cm x 210 cm z pozostałymi parametrami zgodnymi z SWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na zbyt duży rozmiar. Zamawiający wymaga serwety o wymiarach 175/270x180cm.

Pytanie nr 19. Dotyczy pakiet nr 10 składowa 2

Czy Zamawiający dopuszcza organizator przewodów włókninowy, przylepny o wymiarach 10 cm x 50 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga organizator przewodów 9x18cm, z dwoma otworami.

Pytanie nr 20. Dotyczy pakiet nr 10 składowa 2

Czy Zamawiający dopuszcza organizator przewodów typu rzep, samoprzylepny, o wymiarach 2 cm x 22 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21. Dotyczy pakiet nr 10 składowa 3

Czy Zamawiający dopuszcza ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22. Dotyczy pakiet nr 10 składowa 9

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę foliową o wymiarach 16 cm x 250 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga osłonę foliową na kamerę o wymiarach 18x250cm.

Pytanie nr 23. Dotyczy pakiet nr 10 składowa 11

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm z obszarem chłonnym o wymiarach 60 cm x 145 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga osłonę na stolik mayo 79x145cm, obszar chłonny 65x85cm.

Pytanie nr 24. Dotyczy pakiet nr 10 składowa 12

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na stolik narzędziowy z warstwą chłonną o wymiarach 65 cm x 190 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga wym. 150x190cm, wzmocniona na całej powierzchni.

Pytanie nr 25. Dotyczy pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza oznaczenie kolorystyczne za pomocą kolorowego kółka?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga oznaczenia w żółtej ramce.

Pytanie nr 26. Dotyczy pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie zewnętrzne – karton bez oznaczenia kolorystycznego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zestaw oznaczony słownie oraz kolorystycznie.

Pytanie nr 27. Dotyczy pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści nazwę marki umieszczoną na opakowaniu jednostkowym, nie na cewniku?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga nazwę marki umieszczoną na cewniku zgodnie z opisem w swz.

Pytanie nr 28. Dotyczy pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści lateksową zastawkę?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga plastikową zastawkę z zaworem Luer, dopasowującą się i przylegającą do końca strzykawki.

Pytanie nr 29. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 2 ust. 5 pkt 1 Załącznika nr 3a do SWZ („Umowa”) poprzez wydłużenie wskazanego tam terminu na przedstawienia dokumentacji z 3 dni na 7 dni.

Wykonawca nadmienia, iż z uwagi na szeroki zakres asortymentu objętego postępowaniem, zasadnym jest wydłużenie przedmiotowego terminu w celu zapewnienia możliwości skatalogowania i dostarczenia wymaganej dokumentacji?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 30. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy poprzez nadanie mu następującego lub zbliżonego brzmienia:

„1) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia - w wysokości 0,3% wartości netto niedostarczonej w terminie partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki”.
W ocenie Wykonawcy zastrzeżona kara – jako naliczana od wartości całego zamówienia - jest rażąco wygórowana w sytuacji, gdy Wykonawca częściowo zrealizuje zamówienie. Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 31. Dotyczy pakietu nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego worka do zbiórki moczu bez nadrukowanej instrukcji i z bezigłowym portem do pobierania próbek bez okienka podglądu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32. Dotyczy pakietu nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiarów 4.8ch, 6ch, 7ch, 8ch.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33. Dotyczy pakietu nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystoskopowego szynowania wewnętrznego moczowodu. W skład zestawu wchodzi: cewnik DJ wykonany z miękkiego poliuretanu otwarty-otwarty długości: 24-30 cm dla wersji O/O prowadnica z powłoką teflonową 0.035" o długości 150 cm z nieruchomym rdzeniem, popychacz prosty długości 40 cm. Cewnik o potwierdzonej biokompatybilności do 3 miesięcy. Zestaw sterylny, dostarczany w opakowaniu jednostkowym typu peel pouch.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34. Dotyczy pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiarów 4.8ch, 6ch, 7ch.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35. Dotyczy pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystoskopowego szynowania wewnętrznego moczowodu. W skład zestawu wchodzi: cewnik DJ wykonany z miękkiego poliuretanu otwarty-zamknięty, długości: 24-28 cm dla wersji O/Z - do wyboru przez Zamawiającego, prowadnica z powłoką teflonową 0.035" o długości 150 cm z nieruchomym rdzeniem, popychacz prosty długości 40 cm. Cewnik o potwierdzonej biokompatybilności do 3 miesięcy. Zestaw sterylny, dostarczany w opakowaniu jednostkowym typu peel pouch.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36. Dotyczy pakietu nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika dwudrożnego z zakończeniem typu Tiemann (dodatkowo wzmocniowy) do trudnego cewnikowania, wykonany z 100% silikonu, długość 40cm, z atraumatyczną zagiętą końcówką z jednym otworem, z szerokim kanałem drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Stosowanie do 30 dni potwierdzone w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Rozmiar CH12-24, kodowany kolorystycznie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37. Dotyczy pakietu nr 6

Prosimy o sprecyzowanie czy w pozycjach 1-10 cewniki mają być sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający potwierdza, że w pozycjach 1-10 cewniki mają być sterylizowane tlenkiem etylenu.

Pytanie nr 38. Dotyczy pakietu nr 6

Prosimy o doprecyzowanie czy w pozycjach 2-10 na zakończeniu portu do napełniania balonu w kodzie barwnym rozmiaru CH mają się znajdować oryginalnie nadrukowane przez producenta następujące oznaczenia: logo marki, nazwa materiału cewnika, kod numeryczny rozmiaru CH, śr. zewnętrzna cewnika w mm oraz pojemność balonu w ml, co pozwala na identyfikację produktu bez opakowania jednostkowego?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 39. Dotyczy pakietu nr 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Nelaton sterylizowanego tlenkiem etylenu z niezamrożoną powierzchnią.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, cewnik ma posiadać zamrożoną, satynową powierzchnię.

**Zatwierdził:
Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**