

Tarnów, dnia 27.04.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.14 .KK...../20

Dot. Przetarg nieograniczony – SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.04.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Zadanie 1, poz. 1, poz.2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie nr 2 Zadanie 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd w opakowaniu foliowym?

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie nr 3 Zadanie 2, poz. 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rampy 3 – drożnej, w której kraniki są rozmieszczone w równych odstępach.

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie nr 4 Zadanie 3, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 5 Zadanie 3, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę Luer skalowaną co 1 ml, stożkiem umieszczonym centralnie, z rozszerzoną skalą do 60 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza strzykawkę 60ml skalowaną co 1 ml na całej długości. Nie dopuszcza zmiany położenie stożka.

Pytanie nr 6 Zadanie 3, poz. 3-6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z rozszerzona skalą w stosunku do nominalnej o 20%, tj 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem, że opisana jednostka skali będzie również dotyczyła rozszerzenia.

Pytanie nr 7 Zadanie 3 poz. 3-6

Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze innym niż mleczne / białe, z tłokiem w kolorze niebieskim i przezroczystym cylindrem?

Odp. Zamawiający nie wymaga takiej strzykawki.

Pytanie nr 8 Zadanie 3, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odp. Tak dopuszcza.

Pytanie nr 9 Zadanie 3 poz. 8

Czy Zamawiający wymaga strzykawki cewnikowej 100 ml z podwójną skalą pomiarową.

Odp. Zamawiający nie wymaga takiej strzykawki.

Pytanie nr 10 Zadanie 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45 x 12 mm zamiast 0,45 x 15mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 11 Zadanie 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45 x 25 mm zamiast 0,45 x 15mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 12 Zadanie 4, poz. 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza igły, gdzie opakowanie zbiorcze a 100 szt. są oznaczone w kolorze rozmiaru konektora zgodnie z kodami kolorystycznymi ISO w celu łatwiejszej identyfikacji.

Odp. Tak dopuszcza.

Pytanie nr 13 Zadanie 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza igły ściętej pod kątem 45 stopni. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający oczekuje igły zapobiegającej defragmentacji korka przy pobieraniu leku z fiolki.

Pytanie nr 14 Zadanie 5, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzona skalą w stosunku do nominalnej tj 2-2,5 ml, 5-6 ml, 10-12 ml, 20-22 ml.

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Z Pytanie nr 15 Zadanie 5, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę, której cylinder jest wykonany z polipropylenowa.

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie nr 16 Zadanie 12, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga kaniuli obwodowej z 4 paskami widocznymi w RTG.

Odp. Nie, nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 17 Zadanie 12, poz.2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE=teflon, widocznej w promieniach RTG. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 18 Zadanie 12, poz.3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli z samodomykającym się koreczkiem typu „Clik” 22 G o przepływie 38 ml/min. 20 G o przepływie 64 ml/min, 16G o przepływie 200 ml/min. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie nr 19 Zadanie 12, poz. 4-6

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 20 Zdanie 35, poz. 1

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 21 Zadanie 89, poz. 1

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakiet. Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert pod względem asortymentowo-cenowym.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 22, Zadanie 101 poz. 1

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakiet. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 23, Zadanie 117, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga żeby koreczki posiadały trzpień poniżej krawędzi korka? Co znacznie zwiększa aseptykę pracy.

Odp. Nie, nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 24, Zadanie 117, poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga żeby koreczki na opakowaniu jednostkowym posiadały nazwę producenta w celu identyfikacji wyrobu medycznego.

Odp. Nie, nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 25, Zadanie 117, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga koreczka o średnicy minimum 1,1 cm. Dodatkowe kryterium jest zasadne ze względu na wygodę stosowania. Koreczek o takich rozmiarach nie wypada z ręki, w przeciwieństwie do koreczków mniejszych. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie, nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 26 Zadanie 117, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby pojedynczy koreczek posiadał na ścianie bocznej, na całej jej długości, pionowe wytłoczenia ułatwiające utrzymanie go w palcach oraz sprawne wkręcenie. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie, nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 27, Zadanie 125 poz. 1

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakiet. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 28, Zadanie 127 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga osłonki na leki światłoczułe w rozmiarze 11 x 19 cm

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ wraz z tolerancją dla podanych rozmiarów.

Pytanie nr 29, Zadanie 127 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga osłonki na leki światłoczułe w rozmiarze 21 x 30 cm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ wraz z tolerancją dla podanych rozmiarów.

Pytanie nr 30, Zadanie 127

Czy Zamawiający wymaga badania osłonek pod kątem przepuszczalności światła 200 – 450 nm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje opis SIWZ wraz z tolerancją dla podanych rozmiarów.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ A/a

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100