



ZPZ –2353- 1847 /24

Olsztyn, 15.04.2024 r.

DO UCZESTNIKÓW
POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „**Dostawa akcesoriów do zabiegów medycznych, insuflatora i stołów medycznych , w podziale na części**”, znak sprawy ZPZ-14/03/24

MODYFIKACJA SWZ

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonuje następującej modyfikacji SWZ:

- A. Dotychczasowe zapisy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego **Załącznik nr 3 do SWZ (Formularz wymaganych parametrów technicznych) dla części nr 8, w brzmieniu:**

Część nr 8 - Hak automatyczny do zabiegów operacyjnych jamy brzusznej /Centralna sterylizatornia/ (ilość 1 komplet)

L.P.	Opis parametrów wymaganych	Warunek graniczny	Potwierdzenie parametrów
1.	Zacisk mocujący kompatybilny ze wszystkimi rodzajami stołów operacyjnych	TAK	
2.	Uchwyt główny mocujący do stołu rozkładany, posiadający izolację wewnętrzną chroniącą pacjenta przed niebezpieczeństwem poparzenia prądem podczas stosowania urządzeń wysokiej częstotliwości (HF) w trakcie zabiegu	TAK	
3.	Ruchome ustawienie na wszystkich poziomach - 3 elementy kulowe - pełna regulacja w trzech płaszczyznach	TAK	
4.	Możliwość osobnego niezależnego ustawienia każdego z ramion retractora przy pełnej stabilizacji drugiego	TAK	
5.	Możliwość całkowitego rozłączenia ramion w celu czyszczenia i przygotowania do powtórnego użytku	TAK	
6.	Konstrukcja mocowania poszczególnych ramion posiada mechanizm uniemożliwiający wysunięcie się ramion w poizycji otwartej - to jest w przypadku pozycji w której mamy możliwość ustawiania obu ramion jednocześnie lub każdego z osobna w trakcie zabiegu	TAK	
7.	Zastosowanie zamków mimośrodowych	TAK	
8.	Możliwość zastosowania uchwytów do haków z dodatkowym systemem kulowym umożliwiającym dokładniejsze dopasowanie położenia haków w zależności od potrzeb pola operacyjnego	TAK	
9.	Zastosowanie uchwytów mocujących poszczególne haki do ramion posiadające blokady zapobiegające przypadkowemu upuszczeniu narzędzia w pole operacyjne	TAK	
10.	Stabilne i bezpieczne trzymanie haków w każdym kierunku	TAK	
11.	Możliwość mycia mechanicznego i dezynfekcji termicznej	TAK	
12.	Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym	TAK	

Zostają zmienione i otrzymują brzmienie:

Część nr 8 - Hak automatyczny do zabiegów operacyjnych jamy brzusznej /Centralna sterylizatornia/ (ilość 1 komplet)

L.P.	Opis parametrów wymaganych	Warunek graniczny	Potwierdzenie parametrów
1.	Zacisk mocujący kompatybilny ze wszystkimi rodzajami stołów operacyjnych	TAK	
2.	Uchwyt główny mocujący do stołu rozkładany, posiadający izolację wewnętrzną chroniącą pacjenta przed niebezpieczeństwem poparzenia prądem podczas stosowania urządzeń wysokiej częstotliwości (HF) w trakcie zabiegu	TAK	
3.	Ruchome ustawienie na wszystkich poziomach - 3 elementy kulowe - pełna regulacja w trzech płaszczyznach	TAK	
4.	Możliwość osobnego niezależnego ustawienia każdego z ramion retractora przy pełnej stabilizacji drugiego	TAK	
5.	Możliwość całkowitego rozłączenia ramion w celu czyszczenia i przygotowania do powtórnego użytku	TAK	
6.	Konstrukcja mocowania poszczególnych ramion posiada mechanizm uniemożliwiający wysunięcie się ramion w pozycji otwartej - to jest w przypadku pozycji w której mamy możliwość ustawiania obu ramion jednocześnie lub każdego z osobna w trakcie zabiegu	TAK	
7.	Zastosowanie zamków mimośrodowych	TAK	
8.	Możliwość zastosowania uchwytów do haków z dodatkowym systemem kulowym umożliwiającym dokładniejsze dopasowanie położenia haków w zależności od potrzeb pola operacyjnego	TAK	
9.	Zastosowanie uchwytów mocujących poszczególne haki do ramion posiadające blokady zapobiegającej przypadkowemu upuszczeniu narzędzia w pole operacyjne	TAK	
10.	Stabilne i bezpieczne trzymanie haków w każdym kierunku	TAK	
11.	Możliwość mycia mechanicznego i dezynfekcji termicznej	TAK	
12.	Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym	TAK	
Hak automatyczny do zabiegów operacyjnych jamy brzusznej składa się z poniższych elementów:			
A	Uchwyt główny z zamkiem mimośrodowym i wbudowaną izolacją montowany do stołu operacyjnego w ilości 1 szt.	TAK	
B	Ramię mocujące z kulą (poprzecznicą) montowane do uchwytu głównego w ilości 1 szt.	TAK	
C	Uchwyt mocujący ramiona retractora z poprzecznicą w ilości 1 szt.	TAK	
D	Uchwyt-ramię haka z kulą w ilości 2 szt.	TAK	
E	Uniwersalny zacisk podwójny typu "SOFT" z zamkiem mimośrodowym w ilości 5 szt.	TAK	
F	Uchwyt do łyżek z przegubem kulowym, zamkiem mimośrodowym i pokrętle w ilości 1 szt.	TAK	
G	Uchwyt do łyżek z pokrętle w ilości 2 szt.	TAK	
H	Hak brzuszny typu Kirschner, obrotowy 78mm/65mm (+/- 5 mm) w ilości 2 szt.	TAK	
I	Hak brzuszny typu Kirschner, obrotowy 60mm/85mm (+/- 5 mm) w ilości 2 szt.	TAK	
J	Hak dopasowujący się, sama łyżka 90mm/125mm (+/- 5 mm) w ilości 1 szt.	TAK	
K	Hak typu Langenbeck, sama łyżka 50mm/200mm (+/- 5 mm) w ilości 1 szt.	TAK	
L	Wziernik typu Breisky, sama łyżka 25mm/200mm (+/- 5 mm) w ilości 1 szt.	TAK	
Ł	Hak typu Deaver, sama łyżka 70mm/200mm (+/- 5 mm) w ilości 1 szt.	TAK	
M	Hak, gietki, łyżka 50mm/160mm (+/- 5 mm) w ilości 1 szt.	TAK	
N	Kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (niewymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x164mm (+/- 5 mm), wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany i uchwytami wraz z tacą do kontenera i silikonową matą w ilości 1 komplet	TAK	

B. Dotychczasowe zapisy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (Formularz wymaganych parametrów technicznych) dla części nr 1, w brzmieniu:

Część nr 1 - Komplet do procedur laparoskopowych /Centralna sterylizatornia/ (ilość: 1

komplet)

D. DREN WIELORAZOWY 100 SZT			
1.	Silikonowy	TAK	
2.	Kompatybilny z optyką i światłowodem z pozycji A i B	TAK	
3.	Podgrzewanie do insuflatora	TAK	
4.	Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym	TAK	
5.	Możliwość mycia mechanicznego i dezynfekcji termicznej	TAK	

Zostają zmienione i otrzymują brzmienie:

D. DREN WIELORAZOWY do 100 użyć - 2 szt.			
1.	Silikonowy	TAK	
2.	Kompatybilny z optyką i światłowodem z pozycji A i B	TAK	
3.	Podgrzewanie do insuflatora	TAK	
4.	Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym	TAK	
5.	Możliwość mycia mechanicznego i dezynfekcji termicznej	TAK	

Powyższe modyfikacje zapisów SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 23.04.2024 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert – 23.04.2024 r. godz. 10:30.

**Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie
dr hab. n. med. Grzegorz Kade, EMBA**

.....
/podpis na oryginale/

Sporządził: Agnieszka Olifirko