

Kraków, 03.06.2024 r.

DZ.271.51.626.2024
Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 25 32
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

Dotyczy postępowania: **DZ.271.51.2024 pn. Wyposażenie w aparaturę ogólnego przeznaczenia dla potrzeb Szpitala.**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane pytania:

PAKIET I – Dopuszczenie aparatu EMG posiadanego przez Zamawiającego, model: Keypoint Focus, producent: Natus Medical

Pytanie 1.

Dotyczy Załącznik nr 2, Pakiet 1, Punkt 1:
Czy Zamawiający dopuści aby wszystkie oferowane w Pakiecie produkty były fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok produkcji - 2023?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

1

PAKIET II – Dostawa aparatu EEG dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym - 1 sztuka

Pytanie 2.

Dotyczy Załącznik nr 2, Pakiet 2, Punkt 4:
Czy Zamawiający dopuści produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji – 2023?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET III – Aparat do EKG - 2 sztuki

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze ok. 3,2 kg?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z dwoma wejściami USB?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET V – Aparat USG przenośny - 1 zestaw

Pytanie 5.

W związku dostawą aparatu USG prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 7.

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu USG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SWZ?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga.

PAKIET VI – Tarcza ochronna Pb z zawieszeniem sufitowym do Pracowni Elektrofizjologii O Kl. Ch. Wieńcowej - 1 zestaw

Pytanie 8.

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 11 tygodni?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET VII – Głowica sektorowa do aparatu S60 posiadanego przez Zamawiającego - 1 sztuka

Pytanie 9.

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 11 tygodni?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

2

PAKIET IX – Komputerowe stacje robocze do obrazowania medycznego – 12 zestawów

Pytanie 10.

Pakiet IX Komputerowe stacje robocze do obrazowania medycznego - 12 zestawów - Monitory dialogowe - 12 sztuk.

Czy Zamawiający dopuści monitory dialogowe

- a) z częstotliwością odświeżania: DisplayPort: 31 - 68 kHz/ 59 - 61 Hz; HDMI: 15 - 68 kHz/ 49 – 51, 59 - 61 Hz; DVI: 31 - 68 kHz/ 59 - 61 Hz
- b) czasem reakcji 5 ms (gray-to-gray)?
- c) rozmiar wyświetlanego obrazu 527 x 296.5 mm
- d) kablami o długości min 1,8m

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11.

Pakiet IX Komputerowe stacje robocze do obrazowania medycznego - 12 zestawów, Stacje komputerowe - 12 zestawów.

Prosimy o dopuszczenie komputerów, które identyfikację testowanej jednostki i jej komponentów w zakresie:

- PC: Producent, model
 - BIOS: Wersja oraz data wydania Bios
 - Procesor : Nazwa, taktowanie
 - Pamięć RAM : Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny poszczególnych kości pamięci
 - Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, temperatura pracy
- mają zaimplementowaną w BIOS ?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12.

Pakiet IX Komputerowe stacje robocze do obrazowania medycznego - 12 zestawów, Stacje komputerowe - 12 zestawów.

Czy Zamawiający dopuści stacje komputerowe nie posiadające poniższej funkcjonalności w BIOS:

- ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów:

a) użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB;

b) użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej;

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13.

Pakiet IX Komputerowe stacje robocze do obrazowania medycznego - 12 zestawów, Stacje komputerowe - 12 zestawów.

Czy Zamawiający dopuści stacje komputerowe w których zintegrowany system diagnostyczny nie umożliwia wykonania diagnostyki poniższych podzespołów:

- test monitora
- test magistrali PCI-e
- test portów USB
- Monitor: producent, model, rozdzielczość.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14.

Pakiet IX Komputerowe stacje robocze do obrazowania medycznego - 12 zestawów, Stacje komputerowe - 12 zestawów.

Czy Zamawiający zaakceptuje czas reakcji 24h – świadczony w dni robocze?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza – czas reakcji 24h w dni robocze.

Pytanie 15.

Pakiet IX Komputerowe stacje robocze do obrazowania medycznego - 12 zestawów, Stacje komputerowe - 12 zestawów.

Czy Zamawiający dopuści stacje robocze z procesorem o częstotliwości bazowej : Performance-core - 3.50 GHz; Efficient-core Base Frequency 2.60 GHz?

Budowa współczesnych procesorów to połączenie wysokowydajnych rdzeni wykorzystywanych przy intensywnych obliczeniach, oraz rdzeni energooszczędnych używanych w zastosowaniach niewymagających wysokich wartości obliczeniowych. Producenci procesorów równocześnie umożliwiają zwiększenie taktowania każdej w/w grupy, używając nomenklatury „Turbo”.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

PAKIET XI – Pompy infuzyjne

Pytanie 16.

Zadanie nr 11: Dot. załącznika nr 3 (formularza cenowego) – Wykonawca wnosi o dostosowanie załącznika w ten sposób, aby Wykonawca miał możliwość przedstawienia cen dla każdego rodzaju pompy, tj. powinny być 3 pozycje. Ewentualnie czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca sam dostosował formularz cenowy w przedstawionym zakresie?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca sam dostosował formularz cenowy w przedstawionym zakresie.

Pytanie 17.

Zadanie nr 11: Dot. par. 4 ust. 4 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosiła 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy?

Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.

PAKIET XII – Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych - 1 sztuka

Pytanie 18.

Dot. Pakietu XII poz. 7

Poz. 7 Prosimy o dopuszczenie temperatury wnętrza komory: 28 - 70 °C (Dwa zakresy: I 28 -41 °C, II 42 - 70 °C) co 0,5 °C.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19.

Dot. Pakietu XII poz. 8

Prosimy o dopuszczenie komory o wymiarach: 380 mm x 370 mm x 510 mm.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 20.

Pytanie do pakietu nr 12 – urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych.

Proszę o dopuszczenie przez Zamawiającego cieplarki o wadze 21 kg – OPZ punkt 9.

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

4

Zatwierdził:

Dr Ziemowit Wroński – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa