

Gdynia, dnia 13.12.2023 r.

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym na:

„Sukcesywne dostawy materiałów medycznych dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.”

Szpital Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1605 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

W nawiązaniu do treści wyjaśnień opublikowanych w dn.13.12.2023r, Wykonawca [REDACTED] zwraca się z prośbą o weryfikację stanowiska polegającego na negatywnej odpowiedzi na poniższe pytania:

11. Pakiet 1 Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania równoważnego tj. dren jednorazowy sterylizacji do przygotowania i podawania leku cytostatycznego dostępny w wersji podstawowej i bursztynowej (do wyboru przez Zamawiającego). Dren wyposażony w dwukierunkowy kołec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Filtr odpowietrzeniowy przy kolcu 1,2 μm zabezpieczony klapką. Dren z poliuretanu, całkowicie wolny od PCV. Na drenie zawór bezigłowy z płaską i gładką membraną niewymagający dodatkowego koreczka. Przyrząd o długości 41cm. Na linii drenu zacisk. Dren zakończony standardową końcówką - męski luer lock. Zatyczka z filtrem hydrofobowym 1,2 μm . Termin trwałości 5 lat od daty sterylizacji. Sterylizacja radiacyjna.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

12. Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania równoważnego tj. dren jednorazowy sterylizacji do przygotowania i podawania leku cytostatycznego dostępny w wersji podstawowej i bursztynowej (do wyboru przez Zamawiającego). Dren wyposażony w dwukierunkowy kołec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Filtr odpowietrzeniowy przy kolcu 1,2 μm zabezpieczony klapką. Dren z poliuretanu, całkowicie wolny od PCV. Na drenie zawór bezigłowy z płaską i gładką membraną niewymagający dodatkowego koreczka. Długość przyrządu 43-46cm. Na linii drenu dwa zaciski zatrząskowe. Na linii znajduje się filtr płaski 0,2 μm , wykonany PES. Dren zakończony standardową końcówką - męski luer lock. Zatyczka z filtrem hydrofobowym 1,2 μm . Termin trwałości 5 lat od daty sterylizacji. Sterylizacja radiacyjna.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Zwracamy się z prośbą o ponowną weryfikację stanowiska z dn.13.12.2023 i dopuszczenie produktów o parametrach zawartych w pytaniu 11 i 12. W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o podanie uzasadnienia medycznego w/w decyzji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje stanowisko o niedopuszczeniu propozycji wyjustowanej w poz. 11 oraz 12. Parametry drenów zaproponowane przez pytającego nie spełniają oczekiwań Zamawiającego pod względem długości.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPowiedNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem


Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Małgorzata Brancewicz-Malec

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu