



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 10.10.2019r.

DZPZ-530-Zp/49/PN-47/19

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: Dostawy materiałów medycznych - Zp/49/PN-47/19.*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1, dot. pakietu nr 1**

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie znaczenia zapisu zawartego w opisie przedmiotu zamówienia: „pakowane sterylnie w ładunki od 6-10sztuk, Medium, Large”. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów w rozmiarze średnio-dużym M/L spełniających parametry techniczne podane w SIWZ pakowanych zarówno w zasobniki po 6 sztuk jak i po 10 sztuk (wielkość zasobnika do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia)?

**Odp. Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 2, dot. pakietu nr 1**

Prosimy ponadto o określenie, czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane klipsy będące wyrobem medycznym implantowanym były wyposażone w naklejki samoprzylepne z nazwą klipsa, numerem katalogowym, numerem serii i datą ważności do wklejania do kartoteki pacjenta.

**Odp. Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 3, dot. pakietu nr 1**

Prosimy o wyjaśnienie, czy podany w opisie przedmiotu zamówienia kształt 1/1 oznacza kształt podkowy, charakteryzujący się tym, że klips zamykany jest oczkowo tzn. najpierw zamykają się końcówki ramion klipsa a następnie domykane są ramiona klipsa bez ryzyka wysunięcia tkanki z klipsa w trakcie zamykania.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 4, dot. pakietu nr 1**

Ze względu na wymóg zaoferowania klipsów pasujących do klipsownic będących na wyposażeniu szpitala prosimy o potwierdzenie, że zaoferowane klipsy medium large mają mieć długość po zamknięciu 9,1mm. Różni producenci stosują określenie „medium-large” na oznaczenie klipsów o innej długości wyrażonej w milimetrach, które nie będą kompatybilne z klipsownicami Zamawiającego


**Odp. Zamawiający wymaga klipsów kompatybilnych z klipsownicami firmy Beryl, będącymi na wyposażeniu szpitala.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



### Pytanie 5, dot. pakietu nr 3 – zestaw do autotransfuzji

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zestawu do autotransfuzji składającego się z dwóch drenów, mieszka z zastawką przeciwwrotną i dwóch worków na krew z filtrem 200 mikronów i pojemności 600 ml z zastawką przeciwwrotną (łącznie 1200 ml), w poz. 2 aparatu do przetoczeń z filtrem 40 mikronów oraz w poz. 3 worek do drenażu 700 ml z filtrem z zastawką przeciwwrotną?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga w poz. 1 zestawu do autotransfuzji składającego się z dwóch drenów, mieszka z zastawką przeciwwrotną i worka na krew z filtrem max. 175 mikronów i poj. min. 700ml z zastawką przeciwwrotną w poz. 2 aparatu do przetoczeń z trzystopniowym systemem filtracji (175/40/10u) oraz w poz. 3 worka do drenażu 700ml bez filtra z zastawką przeciwwrotną do podtrzymania drenażu niskociśnieniowego.**

### Pytanie 6, dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 w pozycji I w miejsce pierwotnych parametrów protezy uszczelniane żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowane (niski welur wewnętrzny i wysoki zewnętrzny), grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1 ml/cm<sup>2</sup>/min, o rozmiarach 6-24 mm – dł. minimalna 20 cm, 6-24 mm – dł. minimalna 40 cm, 6-10 mm – dł. 60 cm, 12/6 mm do 24/12 dł. 45 cm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga protezy naczyniowe dziane, proste i rozwidłone, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,49 mm, przepuszczalność do 5 ml/cm<sup>2</sup>/min, rozmiary:**

6-28mm, dł. 20 cm,  
6-28 mm, dł. 40 cm,  
6-10 mm, dł. 70 cm,  
12/7 mm do 24/12 mm, dł. 50 cm.


### Pytanie 7, dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 w pozycji II w miejsce pierwotnych parametrów protezy uszczelniane żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowane (niski welur wewnętrzny i wysoki zewnętrzny), grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1 ml/cm<sup>2</sup>/min., bez impregnacji solami srebra, ale z możliwością łączenia jonowego powłoczenia protezy z antybiotykiem o rozmiarach 6-24 mm – dł. minimalna 20 cm, 6-24 mm – dł. minimalna 40 cm, 12/6 mm do 24/12 dł. 45 cm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga protezy naczyniowe dziane, proste, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,49 mm; przepuszczalność do 5 ml/cm<sup>2</sup>/min, antybakteryjnie-impregnowane solami srebra, rozmiary:**

6-28 mm, dł. 20 cm  
6-28mm, dł. 40 cm  
12/7 do 24/12 mm, dł. 50 cm.





SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
**im. dra Alfreda Sokołowskiego**  
w Wałbrzychu



---

**Pytanie 8, dot. pakietu nr 5 poz. III**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji III w miejsce pierwotnych parametrów łąty uszczelniane żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, grubość ściany 0,36mm, przepuszczalność poniżej 0,5 ml/cm<sup>2</sup>/min o wymiarach 15/75 mm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga łąty naczyniowe dziane uszczelniane kolagenem, z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,41 mm, przepuszczalność do 5 ml/cm<sup>2</sup>/min o wymiarach 14/75 mm.**

**Pytanie 9, dot. pakietu nr 5 poz. III i IV**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 5 pozycje III i IV do osobnych pakietów, celem umożliwienia złożenia konkurencyjnych ofert.

**Odp. Zamawiający nie wydzieli z pakietu 5 pozycji III i IV do osobnych pakietów.**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742