



Wrocław, dnia 03.07.2024r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Nr sprawy Szp-242/FZ-041A/2024

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę Wózków szpitalnych na bieliznę

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści wózek o poniższych parametrach:

Stolik zabiegowy: 3xpółka 450x500mm

WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

-półka z pogłębieniem

-stelaż z giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm z szynami instrumentalnym i uchwytyami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element stabilnej konstrukcji; wyposażony w odboje oraz w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą.

Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 570x550x900 mm

Wymiary półki: 450x500 mm

Wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x450 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Opisany w zapytaniu wózek nie jest już dostępny u produceta.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy w poz. 3 Zamawiający wymaga jednego czy dwóch stelaży na odpady?

Odp. Zamawiający wymaga dwóch stelaży na odpady

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści wymiary szafki: 540x520x910 mm, wymiary użytkowe szafki: 480x515x735 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

KIEROWNIK ZADANIA
Zaproszenia i Wykonanie Robót

Kamila Komora



**DOLNY
ŚLĄSK**