

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Katowice, dnia 28.03.2022r.

ul. Bankowa 12

40- 007 Katowice

NIP 6340197134

REGON 000001347

#### WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w ramach procedury określonej przez Zamawiającego na podstawie przepisu art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (zamówienie z dziedziny nauki), p.n.: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego”, nr rej.: DZP.381.012.2022.DWN.

W związku z otrzymanymi pytaniami do ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Dotyczy część A – Inkubator z wytrząsaniem**

**Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści wibracyjny inkubator z wytrząsaniem o wymiarach zewnętrznych: 360 x 320 x 432 mm?**

**Odpowiedź:** Nie dopuści, gdyż inkubator wibracyjny nie spełnia wymagań zamawiającego odnośnie prowadzenia hodowli biologicznych. Zaproponowane wymiary zewnętrzne nie spełniają również wymagań zamawiającego,

**Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem o wadze 18,7 kg?**

**Odpowiedź:** Nie dopuści, ze względu na miejsce przewidziane do użytkowania sprzętu.

**Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z wyświetlaczem LED?**

**Odpowiedź:** Tak dopuści inkubator z wyświetlaczem LED.

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

Przewodniczący Komisji Przetargowej: