



**WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W BYDGOSZCZY**

Znak sprawy: EZP.2600.38.2023  
Egz. Nr 1

Bydgoszcz, 13.11.2023 r.

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, informuje, że w zapytaniu ofertowym pt.: „**Dostawa części eksploatacyjnych aparatury pomiarowej i badawczej dla Działu Laboratoryjnego WSSE w Bydgoszczy**” wpłynęły pytania Wykonawcy do treści opisu przedmiotu zamówienia o następującej treści:

Pytanie:

„Czy Zamawiający w części 5 dopuści kolumnę o takiej samej selektywności i wymiarach (30 m (+5m Guardian) x 0.25 mm x 0.25 µm, 5% Phenyl, 95% Dimethylpolysiloxane), ale mającej zakres T od -60 do 330/350C ?

Zakresy T są bardzo zbliżone, a deklarowane maksymalne temperatury zależą od danego producenta kolumn”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kolumnę o takiej samej selektywności i wymiarach (30 m (+5m Guardian) x 0.25 mm x 0.25 µm, 5% Phenyl, 95% Dimethylpolysiloxane), ale mającej zakres T od -60 do 330/350C.

Dyrektor  
Wojewódzkiej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Bydgoszczy  
(*podpis nieczytelny*)  
Wojciech KOPER

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/>,
2. a/a.