



Gdańsk, 11 września 2024 r.

D10.251.53.K.2024

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.: „Dostawy materiałów szewnych, staplerów oraz ładunków używanych do zabiegów chirurgicznych, hemostatyków, zestawów do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy, różnych wyrobów medycznych na okres 24 miesięcy.”

Informacja o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1-6 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o Wykonawcy, którego oferta została odrzucona.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami wyboru: Cena-waga: 98 %, Termin dostawy-waga: 2 %, gdzie 1%=1 pkt.

Wybrana oferta.

Najkorzystniejsza oferta, tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów wyboru, to:

➤ Część nr 29:

Oferta nr 16: Medtronic Poland Sp. z o.o., Ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Województwo: mazowieckie, Cena oferty: 386.415,36 zł

Przyznana punktacja:

Nr oferty i Wykonawca	Cena Waga 98 %	Termin dostawy Waga 2 %	SUMA PUNKTÓW
Oferta nr 8: SUN-MED. SP. C. Dominik Siekierski Sławomir Naparty, Ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź Województwo: łódzkie, Cena oferty: 248.832,00 zł	<i>Oferta podlega odrzuceniu.</i>		
Oferta nr 16: MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O., Ul. Polna 11, 00-633 Warszawa Województwo: mazowieckie, Cena oferty: 386.415,36 zł	98,00 pkt	2,00 pkt (2 dni robocze)	100,00 pkt

Oferty odrzucone:

Oferta nr 8 złożona przez Wykonawcę Sun Med. Sp. C. Sp. z o.o. w zakresie części nr 29 podlega odrzuceniu.

Podstawa prawna: Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Postawa faktyczna:



Na etapie badania ofert, w związku z pismem innego Wykonawcy oraz na podstawie ogólnodostępnych informacji, Zamawiający powziął wątpliwości, czy asortyment zaoferowany przez Wykonawcę Sun-Med. S.C. w zakresie części nr 29 spełnia wymogi opisane w formularzu asortymentowo-cenowym. W związku z tym wezwano Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień odnośnie treści oferty. Na podstawie udzielonych odpowiedzi, w szczególności na podstawie przesłanych próbek ustalono, że zaoferowany asortyment nie spełnia wymagań SWZ. W dniu 09 września 2024 Wykonawca dostarczył próbki asortymentu z pozycji nr 1- stapler liniowy o nr katalogowym SAF303 oraz próbki asortymentu z pozycji nr 5 - ładunek o numerze katalogowym SF303. Przesłane próbki zawierają zszywki, których wysokość jest niezgodna z SWZ- wynosi 3,8 mm, nie zaś jak wymagano 3,5 mm. Dodatkowo, z dołączonej do staplera instrukcji ze specyfikacją produktów wynika, że pozostałe staplery zaoferowane przez Wykonawcę w części 29, czyli staplery o numerach katalogowych SAF453 (poz. 2), SAF603 (poz.3), SAF903 (poz.4) zawierają zszywki, których wysokości otwartej zszywki wynosi 3,8 mm, nie zaś jak wymagano w SWZ- 3,5 mm oraz staplery o numerach katalogowych SAF304 (poz.1), SAF454 (poz. 2), SAF604 (poz.3), SAF904 (poz.4) zawierają zszywki, gdzie wysokość otwartej zszywki jest niezgodna z SWZ, czyli wynosi 4,5 mm, nie zaś jak wymagano 4,8 mm. Również ładunki zaoferowane w pozycji 5, 6, 7 oraz 8 posiadają inne wymiary, niż wymagano, mianowicie ładunki o nr katalogowych SF303 (poz.5), SF453 (poz.6), SF603 (poz.7), SF903 (poz.8) mają zszywki o wysokości otwartej zszywki 3,8 mm, nie zaś jak wymagano 3,5 mm oraz ładunki o nr katalogowych SF304 (poz.5), SF454 (poz.6), SF604 (poz.7), SF904 (poz.8) mają zszywki o wysokości otwartej zszywki 4,5 mm, nie zaś jak wymagano 4,8 mm. Zaoferowany Stapler liniowy nie spełnia również wymagania „*Rękojeść staplera pozwalająca na obsługę jedną ręką*”. Stapler posiada podwójny uchwyt- uchwyt strzelający oraz uchwyt zamykający, co uniemożliwia użycie staplera jedną ręką. Nie jest spełniony także warunek dot. etykiet, czyli „*Opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim lub j. angielskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcza się etykiety dzielone.*” Etykiety na opakowaniu staplera nie posiadają nazwy producenta, zaś na opakowaniu ładunków jest tylko 1 etykieta samoprzylepna, na której umieszczono kod kreskowy oraz numer EAN/GTIN. W związku z tym oferta Wykonawcy Sun-Med. Sp.C. podlega odrzuceniu, jako niezgodna z warunkami zamówienia.

Pozostałe informacje: Nie zostali wykluczeni żadeni Wykonawcy. Nie ustanowiono dynamicznego systemu.

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zastrzeżeniem art. 264 ust. 2 pkt. 1 lit. a.

Z poważaniem
Wiceprezes Zarządu – Piotr Wróblewski

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz Komisji: Magdalena Czerniawska