



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC
WE WROCŁAWIU
53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295
strona internetowa: www.dcchp.pl
e-mail: dcchp@dcchp.pl
L.Dz. DL/1237/2021

Wrocław 16.09.2021 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SWZ - sprawa BZP 3810.47.2021. JU

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa wyrobów medycznych z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.**

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129) Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SWZ.

GRUPA 1

PAKIET NR 1

1. **Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wklucia centralnego w następującym składzie:

- 6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
- 4 x tampony (tupfery) z gazy bawełnianej wielkości śliwki
- 1 x kleszczyki plastikowe
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 1 x serweta włókninowa, nieprzyklepna 45 cm x 75 cm
- 1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przyklepny
- 1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2, zielona (zapakowana)
- 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm (zapakowane)
- 1 x igłotrzymacz 13 cm
- 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany)

Opakowanie:

Tacka typu twardej blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

PAKIET NR 30

2. **Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania chusteczek pakowanych w opakowanie a' 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

3. **Poz. nr 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pianki myjąco-pielęgnującej o pojemności 400 ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

GRUPA 2.

Pakiet nr 26 poz. 1, 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m² (+- 1g/m²)? Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 26 poz. 2, 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 40,6 g/m²? Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 26 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwet w rozmiarze 120 x 150 cm z otworem 7 x 10 cm, wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m² (+- 1g/m²)? Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 26 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 40,6 g/m²? Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

GRUPA 3

Pakiet nr 10, poz. 1-2

Czy Zamawiający oczekuje łyżek wykonanych w całości z metalu, tj. zarówno w części roboczej, jak i w stopce, .

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 10, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści łyżki wykonane z metalu w części roboczej oraz z plastikową stopką?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację wzoru umowy poprzez dodanie następującego zapisu:

SIŁA WYŻSZA

1.Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3.W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami nabycia zastępczego.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak we wzorze umowy.

GRUPA 4

Pytanie 1

Pakiet nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków do godzinowej zbiórki moczu o poniższych parametrach:

- jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku
- pakowany pojedynczo w opakowanie blister
- pośrednie pakowanie po 10 szt. w opakowaniu foliowym
- pojemność worka 2 600 ml
- pojemność komory pomiarowej 500 ml
- odpowietrznik z hydrofobowym filtrem
- system By-Pass zapobiega przepełnieniu
- zawór antyrefluksowy
- zawór dolny typu T
- zacisk ślizgowy
- port do pobierania próbek
- elastyczne sznurki mocujące
- wbudowany wieszak w worek na mocz
- tylna biała ściana umożliwiającą lepszą wizualizację wypełnienia worka
- dren o długości 120 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pytanie 2

Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nebulizatorów o poniższych parametrach:

- wykonane z medycznego PVC
- uniwersalny kształt ustnika
- dren wyposażony w cztery podłużne paski wzmacniające
- nebulizator o pojemności 0-6 ml
- łącznik T umożliwiający jednoczesne podłączenie ustnika i rury karbowanej
- dren długości 2 lub 2,1 metry, średnica wewnętrzna drenu 5mm +/- 0,5mm
- sterylizowane tlenkiem etylenu

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pytanie 3

Pakiet nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego o poniższych parametrach:

Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, sterylizowany EO.

Zestaw do pobierania próbek w postaci płynów do badań np. z wydzieliny oskrzelowej przy badaniu bronchoskopowym. Zestaw:

- pojemnik 25 ml
- zakrętka z końcówkami dł. 37 i 39 cm
- dodatkowa zakrętka zabezpieczająca pojemnik
- dren zakończony końcówką z kontrolą siły ssania
- etykieta samoprzylepna
- nie zawiera ftalanów

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pytanie 4

Pakiet nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski Venturiego o poniższych parametrach:

- wykonane z medycznego PVC
- posiada regulowany metalowy klip na nos
- regulowane elastyczne mocowanie z tyłu głowy
- dren długości 2 metry
- sterylizowane tlenkiem etylenu
- 2 nasadki umożliwiające ustawienie następujących stężeń tlenu: 24%, 26%, 28%, 30% oraz 35%, 40%, 50%

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pytanie 5

Pakiet nr 19 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski z workiem o poniższych parametrach:

wykonane z medycznego PVC

- jeden bezpieczny zawór otwarty
- posiada regulowany metalowy klip na nos
- regulowane elastyczne mocowanie z tyłu głowy
- maska zapewnia wysokie stężenie tlenu, otwory boczne maski z zastawką jednokierunkową
- dren długości 2 metry
- pojemność worka (rezerwuar) około 1 000 ml
- sterylizowane tlenkiem etylenu

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pytanie 6

Pakiet nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do lewatywy o poniższych parametrach:

- worek do lewatywy o poj. 1750ml, z dołączonym drenem,
- dren zakończony otworem centralnym i jednym otworem bocznym
- osłonką na końcówkę
- zacisk
- długość drenu 150 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pytanie 7

Pakiet nr 25 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym przedłużacza była nadrukowana informacja o pojemności resztkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 8

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla przedłużaczy wymagana temperatura wynosi 10-35⁰C, cewników, zgłębników 5-37⁰C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ. Magazynowanie oraz transport wyrobów medycznych jest po stronie Wykonawcy i musi być wykonywany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

Pytanie 9

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ. Magazynowanie oraz transport wyrobów medycznych jest po stronie Wykonawcy i musi być wykonywany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

Pytanie 10

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ. Magazynowanie oraz transport wyrobów medycznych jest po stronie Wykonawcy i musi być wykonywany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

Pytanie 11

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ. Magazynowanie oraz transport wyrobów medycznych jest po stronie Wykonawcy i musi być wykonywany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

GRUPA 5

Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z górnych dróg oddechowych CH10 o długości 40 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wielkość komory min. 4,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „dokładnie oznaczony na opakowaniu rodzaj aparatu (aparat przeznaczony do podawania leków cytostatycznych)”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści metalową łyżkę z podstawą wykonaną z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści metalową łyżkę z podstawą wykonaną z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przewód doprowadzający o długości 210 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

GRUPA 6

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- tupfer kula 17-nitkowy w rozm. 20x20cm- 4 szt.
- kleszczyki plastikowe niebieskie rozm. 13cm – 1 szt.
- ostrze chirurgiczne do skalpela nr 11- 1 szt.
- igła 18G x 1 ½ - 1 szt.
- igła 21G x 1 ½ - 1 szt.
- serweta z laminatu dwuwarstwowego w rozmiarze 75x45cm- 1 szt.
- kompresy gazowe 13 N, 8 W, w rozmiarze 7,5x7,5 cm- 6 szt.
- pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm- 1 szt.
- serweta z laminatu dwuwarstwowego, dwuczęściowa w rozmiarze 75x45 z regulowanym otworem przylepnym- 1 szt.
- przezroczysty opatrunek foliowy typu. tegaderm w rozm. 10x12cm – 1szt.
- strzykawka plastikowa 2 częściowa 10 ml- 1 szt.
- pojemnik dwukomorowy twardy blister - 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drobną modyfikacją - nożyczki proste ostro - tępe 14 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet 28

Czy Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczną pakowaną po 25 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pytanie dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i

pozwole uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak we wzorze umowy.

GRUPA 7

pakiet 27

Czy zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 800-900 ml i wymiarach:
długość: 250 mm ; szerokość: 115 mm ; wysokość: 115 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

GRUPA 8

Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 75 x 90 cm z regulacją otworu (2 częściowa) otwór przyklepny (w miejsce serwety 60 x 90 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw ze strzykawką i igłami bez opakowania jednostkowego, co pozwole na redukcję powstawania odpadów opakowaniowych podczas zabiegu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny próbki niesterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do testowania próbek niesterylnych, wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 6, poz.1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 9, poz.1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z workiem 2l o wysokiej dokładności pomiaru co 25ml od 25 do 100ml i co 100ml od 100 do 2000ml z przednią ścianką przezroczystą i tylną białą umożliwiającą dokładniejszą analizę moczu, bez spirali antyzafamaniowej w drenie o długości 120cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 9, poz.1 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź:


Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 12, poz.1 - Czy Zamawiający dopuści nebulizator z łącznikiem karbowanym typu T - 15cm, ustnikiem i drenem o długości 210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.


Pakiet nr 13, poz.1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o pojemności 20ml jak na zdjęciu ?



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 13, poz.1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o pojemności 40ml jak na zdjęciu ?



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 14, poz.1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd o średnicy kolca 4mm spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 16, poz.2 - Czy Zamawiający dopuści łącznik redukcyjny min. 4mm, max. 6mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 16, poz.3 - Czy Zamawiający dopuści łącznik o.d. 6mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 23, poz.1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o długości 115 cm z jednym otworem końcowym i jednym bocznym bez kanki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 24, poz.1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Thorax z trokarem o długości 21cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 25, poz.1 - Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pomp infuzyjnych w dwóch długościach 150cm oraz 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 26 - Czy Zamawiający dopuści serwety z 4 szt etykiet samoprzylepnych do dokumentacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 26, poz. 1, 3, 6 - Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze laminatu 60g/m2 zamiast 57,5g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 26, poz. 2, 4, 5, 6 - Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze laminatu 40g/m2 zamiast 40,2g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 26, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem okrągłym centralnym o średnicy 7 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 26, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem centralnym o wymiarach 6x8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 26, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 120 cm z centralnie umieszczonym otworem przylepnym o średnicy 10 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 26, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 45 x 75 cm z otworem centralnym o wymiarach 6x8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 26, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 45 x 60 cm z otworem centralnym o średnicy 6 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pakiet nr 26, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 60 x 45 cm (w miejsce serwety 60 x 50 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

GRUPA 9

1. Czy Zamawiający w zad. 9, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Zestaw do godzinowej zbiórki moczu. Worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 100 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”; dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, długość drenu 150 cm, dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu na drenie; klema zaciskowa typu przesuwnej; dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu; samouszczelniający się port do pobierania próbek; trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na trzy zintegrowane komory pośrednie, bardzo

wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 3 ml do 55 ml (w komorze wstępnej), co 5 ml od 60 do 110 ml (w komorze drugiej) i co 10 do 500 ml (w komorze trzeciej), komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne; w systemie obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe; zmrożona, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu; pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka sterylny. Dedykowane do 7 dniowej zbiórki moczu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

2. Czy Zamawiający w zad. 22, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Cewnik Tiemann , jednorazowy, sterylny, pojedynczo pakowany, rozmiar oznaczony dodatkowo kolerem, rozmiar od CH12 do CH24 - do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

3. Czy Zamawiający w zad. 24, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Cewnik-dren, typu Thorax, CH-16, 235 mm, ze znacznikiem/ kontrastem RTG i trokarem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert na dzień:

1 października 2021 roku. Godzina i miejsce bez zmian.

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
dr n. med. Ireneusz Pawlak