



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna dn. 06.08.2020

Do wszystkich
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **powyżej 214.000 euro** którego przedmiotem jest **Dostawa implantów kręgosłupowych oraz implantów do osteosyntezy**.
Ogłoszenie nr 2020/S 137-336271; data zamieszczenia: **17.07.2020 r. Znak sprawy – PN 50/2020**
Do Działu Handlowego wpłynęły złożone przez uczestników (Wykonawców) w/w postępowania n/w pytania z prośbą o wyjaśnienie, zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:

Pytanie 1- Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do stabilizacji tylnej odc. Piersiowo-lędźwiowego o poniższych parametrach:

- śruby o trzonie pięciokątnym i podwójnie prowadzonym gwintem na całej długości
- śruby kodowane kolorami w celu prawidłowej identyfikacji rozmiaru
- śruby samotnące i samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem dostępne w sterylnych pojedynczych opakowaniach oznaczonymi danymi implantu oraz datą sterylności

Śruby ruchome pełne oraz kaniulowane o rozmiarach:

- śr.4,5mm i śr.5,5mm o długość 25-50mm, ze skokiem co 5mm;
- śr.6,5mm o długość 25-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm
- śr.7,5mm o długość 25-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm
- śr.8,5mm o długość 30-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm
- śr.9,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm
- śr.10,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm
- pręty proste o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych śr.5,5mm, 24 różnych rozmiarów długości od 30 do 500mm. Od 35mm do 55 mm skok co 5mm i od 60mm do 200mm co 10 mm i od 200mm do 500 mm co 100 mm. Pręty dostępne w pojedynczych sterylnych opakowaniach z datą sterylności i niesterylne.
- pręty wstępnie dogięte o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych śr.5,5mm, długość od 30-150mm, w 16 rozmiarach.
- Od 30mm do 55mm skok co 5mm od 60mm do 150mm co 10mm
- pręty dostępne w wersji sterylnej pojedynczo pakowane z oznaczeniem daty sterylności
- jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący pakowany pojedynczo w sterylnym opakowaniu z datą sterylności i kodem katalogowym w opakowaniu naklejka z danymi do raportu operacyjnego.
- poprzeczki sztywne na pręt o grubości 5,5mm w rozmiarach od 30mm do 40mm ze skokiem co 2mm.
- poprzeczki ruchome na pręt o grubości 5,5 mm w 13 rozmiarach
- możliwość wielokrotnego blokowania ruchomości śruby bez zakładania pręta i nakrętki blokującej
- zestaw z kompletnym instrumentarium trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem.
- narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach, zamykanych pojemnikach do sterylizacji
- poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające kaniulowane narzędzia implantacyjne
- zestaw w kontenerach wraz z filtrami wielorazowymi do 5000 cykli sterylizacyjnych

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2, 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 3

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

W przypadku zwłoki w dostawie lub wymianie wyrobów medycznych na wolne od wad, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,2 % wartości **brutto** niedostarczonych wyrobów medycznych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych wyrobów medycznych.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę (modyfikacja SIWZ dostępna na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>)