



Szp-241/ZP –105/852 /2023

Wrocław, dnia 14.12.2023 r.

**INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: *„Dostawa materiałów szewnych i produktów hemostatycznych – postępowanie uzupełniające.”*,

**Pytanie nr 1**

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga katalog oraz instrukcję używania do każdego pakietu w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.  
Zgodnie z rozdziałem XVI SWZ.*

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów w danym pakiecie od jednego producenta?

*Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga zaoferowania produktów w danym pakiecie od jednego producenta.*

**Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 2 poz.3**

Proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 2 poz. 3 igły Easy Pass dwuwkłęsej odwrotnie tnącej charakteryzującej się zwiększoną o 50% penetracją po dziesiątym wkłuciu w porównaniu ze standardową igłą skórą oraz szwu 50 cm.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 4**

Proszę o potwierdzenie, iż maksymalna dopuszczalna roczna biodegradacja poliamidu w pakiecie nr 4 wynosi 10 %.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 7**

Proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 7 nici chirurgicznych syntetycznych, monofilamentowych z poliglecapronu o podtrzymywaniu tkankowym 75 % w siódmym dniu, wchłaniających się w okresie 90-110 dni od zaimplantowania.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 7 poz.3 i poz.4**

Proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 7 poz. 3,4 igły Easy Pass dwuwkłęsej odwrotnie tnącej



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

charakteryzującej się zwiększoną o 50% penetracją po dziesiątym wkłuciu w porównaniu ze standardową igłą skórą oraz szwu 50 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 8 poz.2**

Proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 8 poz. 2 igły Easy Pass dwuwklęsłej odwrotnie tnącej charakteryzującej się zwiększoną o 50% penetracją po dziesiątym wkłuciu w porównaniu ze standardową igłą skórą oraz szwu 50 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
*m. inż. Jacek Banaszak*

REFERENT  
ds. Zamówień Publicznych

*Małgorzata Cierpka*

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław  
Infolinia 45 95 95 454  
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl  
NIP 8951645574, REGON 000977893  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)



**DOLNY  
ŚLĄSK**