

Dział Zamówień Publicznych

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW  
zestaw nr 2

**Dotyczy:** postępowania nr 5210.291.2.10.2021.KD na: Dostawę wytrząsarki kołyskowej w ilości 2 szt. dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający wymaga kołyski laboratoryjnej z regulowanym kątem nachylenia w zakresie nie mniejszym niż od 1° do 10°, czy może ze stałym kątem nachylenia mieszczącym się w przedziale od min. 1 do min. 10° (np. 8°)?	Zamawiający wymagał kołyski laboratoryjnej z możliwością ustawienia zmiennego kąta nachylenia w zakresie co najmniej od min 1 do min 10°.
2.	Czy Zamawiający wymaga kołyski laboratoryjnej o ruchu kołyszącym czy może o ruchu 3D (wave motion)?	Zamawiający wymaga wytrząsarki o ruchu 3D.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

SAMODZIELNY REFERENT  
Dział Zamówień Publicznych  
  
mgr Katarzyna Demkowiak

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych  
mgr Paulina Jędrzejczyk