

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 09.05.2024 r.

Wysokie Mazowieckie, 09.05.2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup i dostawa zestawu do sterylizacji.**
Oznaczenie sprawy: **10/2024**

Zapytanie nr 1.

W związku z opublikowanymi odpowiedziami z dnia 07.05.2024 proszę o doprecyzowanie czy wraz z oferowaną myjnią dezynfektorem mają być dostarczone wózki wsadowe (jeżeli tak, to jakie), czy wózki, które obecnie są w posiadaniu Szpitala mają współpracować z oferowanym urządzeniem.

Wyjaśnienie:

Nie, z oferowaną myjnią narzędziową nie mają być dostarczone wózki wsadowe.

Tak wózki, które są obecnie w posiadaniu Szpitala mają współpracować z oferowanym urządzeniem.

W imieniu Zamawiającego
p.o. Dyrektora
Wojciech Łuczaj