

Lubań, dnia 17 października 2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 1

**do treści SWZ na „Zakup i dostawę nici chirurgicznych oraz staplerów dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/11/2022
do Pakietu Nr 2 - Staplery**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie Pakietu Nr 2 – Staplery wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1 – dot. pozycja 1 i 2

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaferowania w w/w pozycjach staplerów liniowych prostych rozmiar 45 mm (poz.1) i 60 mm (poz.2), z automatyczną kompresją tkanki; dwa spusty, niebieski do aktywacji oraz czarny do kompresji tanki i ustawienia pozycji pośredniej, dostępne ze zszywkami do tkanek standardowych (niebieski ładunek 3,8 mm) oraz grubych (zielony ładunek 4,5 mm).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – dot. pozycja 3 i 4

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaferowania w w/w pozycjach ładunków do staplerów zaferowanych w pozycjach 1 i 2 odpowiednio ze zszywkami do tkanek standardowych (niebieski ładunek 3,8 mm) oraz grubych (zielony ładunek 4,5 mm).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 – dot. pozycja 5, 6, 7, 8

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaferowania staplerów liniowych z nożem i ładunków o wysokościach zszywek 3,8 mm (ładunek do tkanki standardowej) oraz 4,5 mm (ładunek do tkanki grubej) spełniających pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – dot. pozycja 9, 10

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaferowania staplerów okrężnych w rozmiarze 29 dla pozycji 9 i 32 dla pozycji 10, zakrzywionych, z manualną regulacją kompresji tkanki za pomocą pokrętła; posiadających zabezpieczenie przed przypadkowym odpaleniem staplera; ze sztywną odłączaną główką (kowadłem) staplera.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA