

Lublin, dnia 12.10.2020 r.

RCKiK.DOP.SZ-3321/45/20

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa testów do badania markerów patogenów przenoszonych drogą krwi oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą aparatury niezbędnej do automatycznego wykonywania w/w badań na potrzeby RCKiK w Lublinie

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Dotyczy SIWZ: Zwracamy się z prośbą o modyfikację odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 1 w dniu 09.10.2020r. "1. Dotyczy SIWZ: Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie testu do wykrywania HBsAg o czułości 99,90% Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ" Zgodnie z wymogiem opisanym w Załączniku nr 1 a do siwz, pkt 1 b) Testy wirusologiczne HBsAg muszą: charakteryzować się wysoką czułością- 100% (...). Zgodnie z OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, Rozdział 10.3 Testy i aparatura Testy muszą charakteryzować się wysoką czułością analityczną, kliniczną (zbliżoną do 100%), swoistość nie może być mniejsza niż 99,5%. Czułość oferowanego przez nas odczynnika podana w ulotce firmowej wynosi 99,9% , jest zatem zbliżona do 100% i spełnia warunek opisany we wspomnianym OBWIESZCZENIU MINISTRA ZDROWIA.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 1 w dniu 09.10.2020 r. Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie testu do wykrywania HBsAg o czułości 99,90%.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Lublinie
M. Orzeł
lek. med. Małgorzata Orzeł